

Gebrauchsanleitung

(DE-2 - DE-28)

Instructions for use

(EN-29 - EN-55)

Mode d'emploi

(FR-56 - FR-82)

Istruzioni per l'uso

(IT-83 - IT-109)



visomat®

comfort form



www.visomat.de • **Besser Messen.**

UEBE
Germany

Inhaltsverzeichnis

A	Sicherheitshinweise	
1.	Wichtige Patientenhinweise	4
2.	Wichtige technische Hinweise	5
B	Bedienung des Gerätes	
1.	Gerätebeschreibung	7
2.	Kontrollanzeigen	8
3.	Wichtige Anwendungshinweise	9
4.	Inbetriebnahme des Gerätes	10
5.	Batterien einlegen/wechseln	10
6.	Datum/Uhrzeit aktivieren und einstellen	11
7.	Anlegen der Manschette	12
8.	Blutdruck messen	13
9.	WHO Ampelfunktion	14
10.	Pulsdruck	15
11.	Unregelmäßige Pulswellen	15
12.	Verwendung des Speichers	16
C	Was Sie über Blutdruck wissen sollten	
1.	Der systolische und diastolische Blutdruckwert	18
2.	Warum Sie unterschiedliche Werte messen	18
3.	Warum regelmäßig Blutdruck messen?	18
D	Technische Informationen	
1.	Fehler- und Errormeldungen	19
2.	Kundendienst	20
3.	Technische Daten	21
4.	Original-Ersatzteile und Zubehör	23
5.	Messtechnische Kontrolle	24
E	Allgemeine Bestimmungen	
1.	Zeichenerklärung	25
2.	Entsorgung	26
F	Pflege des Gerätes	27
G	Garantie	28

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Oberarmblutdruckmessgerät visomat® comfort form (nachfolgend auch als Gerät bezeichnet) entschieden haben.

Dieses Gerät wird Patienten mit labilem Blutdruck zur häuslichen Blutdruckkontrolle und Therapieunterstützung empfohlen.

visomat® comfort form wendet die oszillometrische Methode zur Messung von Blutdruck und Pulsrate am Oberarm an.

Die Manschette wird entsprechend der Abbildung auf der Manschette zuerst am Oberarm angelegt und dann mit dem Gerät verbunden. Nach Drücken der Start/Stop-Taste beginnt das System mit dem automatischen Druckaufbau. In kürzester Zeit registriert das Gerät die kleinen Oszillationen innerhalb der Manschette, die durch das Erweitern und Zusammenziehen der Arterien im Arm (Herzschlag) entstehen. Der automatische Druckaufbau stoppt in der Regel ca. 40 mmHg über dem systolischen Wert (Fuzzy logic). Danach beginnt durch Entlüften der eigentliche Messvorgang. Die Amplitude jeder Druckwelle wird in Millimeter Quecksilber gemessen, umgewandelt und auf dem LCD als digitaler Wert angezeigt.

Das Gerät bietet neben der Angaben von Systole, Diastole und Puls eine Datum/Uhrzeit-Funktion sowie zusätzliche Anzeigen zur Feststellung unregelmäßiger Pulse sowie des Pulsdruckes. Unregelmäßige Pulse können sowohl ein Hinweis auf Herzrhythmusstörungen aber auch auf Unruhen während der Messung sein. Der Pulsdruck gibt Hinweise auf die Dehnbarkeit der Blutgefäße. Ein Wertespeicher speichert die jeweils letzten 60 Messergebnisse zum Vergleich.

Diese Anleitung soll dem Benutzer helfen, das digitale Blutdruckmessgerät sicher und effizient anzuwenden. Sie muss mit dem Produkt aufbewahrt und ggf. weitergegeben werden.

Das Gerät muss entsprechend den in dieser Anleitung enthaltenen Verfahren verwendet werden und darf nicht für andere Zwecke eingesetzt/benutzt werden. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Wichtige Patientenhinweise

- Das Gerät ist auf die nichtinvasive Messung des systolischen und diastolischen Blutdrucks am Oberarm sowie die Bestimmung der Pulsrate bei Erwachsenen ausgerichtet, d.h. ab Alter 15 und höher. Blutdruckmessungen an Kindern bedürfen besonderer Kenntnisse! Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie den Blutdruck eines Kindes messen möchten. Auf keinen Fall darf das Gerät bei einem Säugling angewendet werden.
- Die mitgelieferte Standardmanschette ist auf einen Oberarmumfang von 23–43 cm ausgelegt. Für Armumfänge von 17–25 cm ist optional eine kleinere Manschette erhältlich, (siehe Seite DE-23 Zubehör).
- Die Messergebnisse von automatisch messenden Blutdruckmessgeräten können durch Schwangerschaft, Herzrhythmusstörungen oder Arteriosklerose verfälscht werden. Führen sie eine Blutdruck-Selbstkontrolle in Absprache mit Ihrem Arzt durch.
- Auf keinen Fall darf die Manschette auf oder über einer kritischen Stelle, z.B. Wunde, Aneurysma etc. angelegt werden, Verletzungsgefahr! Eine Versorgung durch einen intravaskulären Zugang (Infusion) könnte unter Umständen unterbrochen werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch nicht geknickt wird. Ein geknickter Luftschlauch kann das Entlüften der Manschette verhindert und damit den Blutfluss im Arm zu lange unterbrechen.
- Das Gerät enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten. Gerät daher nicht unbeaufsichtigt Kindern überlassen. Durch den Luftschlauch besteht die Gefahr des Strangulierens. Beachten Sie die Hinweise zur Handhabung der Manschette, um dieses Risiko zu vermeiden.
- Auf der Seite einer Brustamputation bei gleichzeitiger Entfernung der Lymphknoten der Achselhöhle darf keine Blutdruckmessung erfolgen.


- Selbstmessung bedeutet noch keine Therapie. Verändern Sie auf keinen Fall von sich aus die vom Arzt verschriebene Dosierung der Arzneimittel.
- Beachten Sie vor Ihren Selbstmessungen das Kapitel „Wichtige Anwendungshinweise“ Seite DE-9.

2. Wichtige technische Hinweise

- Eine gleich bleibend gute Stromversorgung Ihres Gerätes ist für störungsfreies Blutdruckmessen notwendig.
 - Verwenden Sie nur langlebige Alkaline-Batterien (LR6).
 - Tauschen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien gleichzeitig aus.
 - Sie benötigen 4 x 1,5 Volt Batterien. Wieder aufladbare Batterien haben nur 1,2 Volt Spannung und sind deshalb ungeeignet.
 - Bei Anwendung mit Netzteil verwenden Sie bitte nur das speziell für Medizinprodukte geprüfte Netzteil Type A1.
 - Stellen Sie beim Betrieb mit Netzteil sicher, dass das Gerät jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann.
 - Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, entfernen Sie bitte die Batterien. Grundsätzlich kann jede Batterie auslaufen.
- Das Gerät darf nur mit Originalersatzteilen betrieben werden. Bei Schäden durch fremdes Zubehör erlischt die Garantie!
- Die Anwendung dieses Gerätes in der Nähe von tragbaren Telefonen, Mikrowellen- oder sonstigen Geräten mit starken elektromagnetischen Feldern kann zu Fehlfunktionen führen. Halten Sie bei der Benutzung einen Mindestabstand von 3 m zu solchen Geräten ein.
- Die Anzeige der Pulsfrequenz ist nicht geeignet zur Kontrolle der Frequenz von Herzschrittmachern. Herzschrittmacher und Blutdruckmessgerät haben in ihrer Wirkungsweise keinen Einfluss aufeinander.


- Öffnen oder verändern Sie auf keinen Fall das Gerät oder die Manschette, dies ist ein Medizinprodukt. (Ausgenommen Batteriewechsel). Wenn das Gerät geöffnet war, muss es einer messtechnischen Kontrolle durch eine autorisierte Institution unterzogen werden.
- Die Manschette darf nur am Arm aufgepumpt werden.
- Bitte halten Sie die vorgesehenen Betriebsbedingungen zur Messung ein. Siehe Technische Daten Seite DE-21.
- Der Aufpump- und Messvorgang kann durch Drücken der Start/Stop-Taste oder durch das Entfernen der Manschette abgebrochen werden. Das Gerät beendet dann das Aufpumpen und entlüftet die Manschette.

1. Gerätebeschreibung




- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Displayanzeige | 6 Luftbuchse/Luftstecker |
| 2 Speicher/Memory-Taste
(Speicher-Abzur-Taste) | 7 Luftschlauch |
| 3 Anschlussbuchse für Netzteil | 8 Arterienmarkierung |
| 4 Start/Stop-Taste | 9 Weiße Markierung für Armumfang |
| 5 Batteriefach (Batteriefachdeckel
abnehmbar) | 10 Manschette |
| | 11 Messpfeil für den Armumfang |

2. Kontrollanzeigen



- | | |
|---|---|
| 1 Speicherplatz oder Datum/Uhrzeit | 6 Manschette wird entlüftet |
| 2 SYS = Systole | 7 Pulssignalanzeige bzw. unregelmäßige Pulswellen |
| 3 DIA = Diastole | 8 Gerät pumpt |
| 4 PUL 1/min = Puls errechnete Pulsfrequenz pro Minute | 9 WHO Einstufung (Seite DE-14) |
| 5 Batteriekontrollanzeige | 10 Speicherkennung |

Fehler- und Errormeldungen (Seite DE-19) Err-300, -1, -2 ...



3. Wichtige Anwendungshinweise

- Alkohol-, Nikotin- oder Kaffeegenuss mindestens eine Stunde vor dem Messen einstellen.
- Vor der Messung mindestens 5 Minuten Ruhepause. Je nach Schwere der vorangegangenen Anstrengung kann dies sogar bis zu einer Stunde erfordern.
- Oberarm frei machen, auf keinen Fall darf die Kleidung den Blutfluss in oder aus dem Arm behindern, da dies den Blutdruck an der Messstelle beeinträchtigt.
- Die Körperhaltung muss entspannt sein:
 - Setzen Sie sich dazu ganz an den Tisch (möglichste Höhe eines Esstisches, kein Couchtisch!) heran.
 - Lehnen Sie Ihren Rücken an der Stuhllehne an.
 - Legen Sie Ihren kompletten Unterarm auf, Handinnenfläche weist nach oben
 - Füße auf den Boden aufstellen, Beine nicht überkreuzen.
- Ruhe während der Messung ist ein absolutes Muss. Störbewegungen, Erschütterungen, Sprechen und starke Atmung beeinträchtigen das Messergebnis und können es verfälschen. Achten Sie auf die Anzeige für unregelmäßige Pulssignale, gegebenenfalls Messung unter besseren Bedingungen wiederholen.
- Unübliche Messergebnisse sind gelegentlich mit allen automatisch messenden Blutdruckmesssystemen möglich. Überprüfen Sie sich selbst: Haben Sie die oben erwähnten Anwendungshinweise eingehalten? Wiederholen Sie gegebenenfalls die Messung nach einer kurzen Erholung des Blutkreislaufs im Arm, ruhen Sie dazu ca. 3-5 Minuten. Tipp: Bleiben Sie sitzen, Ihr Messgerät schaltet sich ca. 3 Minuten nach einer Messung selbstständig ab. Danach empfehlen wir die Wiederholungsmessung.
- Blutdruck ist keine feste Größe. Dieser kann sich bei Patienten innerhalb weniger Minuten um mehr als 20 mmHg nach oben oder unten verändern.

- Um Seitendifferenzen auszuschließen und vergleichbare Messergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, Blutdruckmessungen immer am gleichen Arm durchzuführen. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, welche Seite er Ihnen für Ihre Messungen empfiehlt.

4. Inbetriebnahme des Gerätes


Legen Sie die beigefügten Batterien in das Gerät ein.

Soll das Gerät mit Netzstrom betrieben werden, muss der Kabelstecker des Netzteiltes (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Anschlussbuchse auf der rechten Seite des Gerätes eingesteckt werden. Die Batterien werden automatisch abgeschaltet.

Bitte verwenden Sie nur das UEBE Netzteil Typ A1. Siehe Original-Ersatzteile und Zubehör Seite DE-23.

5. Batterien einlegen/wechseln:

- Batteriefach öffnen
Deckel des Batteriefaches auf der Unterseite des Gerätes entfernen.
- Batterie einlegen
Nehmen Sie die alten Batterien aus dem Gerät und legen die neuen Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung (Markierung im Batteriefach).
- Batteriefach schließen
Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriedeckel wieder in das Gerät einklipsen.

Sobald im Display erstmals das Symbol „leere Batterie“  „ erscheint, können Sie noch ca. 30 Messungen durchführen. Bitte wechseln Sie in diesem Zeitraum die Batterien.



6. Datum/Uhrzeit aktivieren und einstellen

Das Gerät verfügt über eine Datum/Uhrzeit-Funktion, die Sie bei Bedarf zuschalten können. Im Auslieferungszustand ist diese Funktion deaktiviert.

Aktivieren der Datum/Uhrzeit-Funktion

Zum Aktivieren der Datum/Uhrzeit-Funktion drücken Sie die Start/Stop-Taste und gleich danach, während die Display-Komplettanzeige sichtbar ist, die Speicher-Taste. Die Funktion kann auf die gleiche Weise jederzeit wieder deaktiviert werden.

Datum/Uhrzeit einstellen

Auf dem Display erscheint zuerst die vierstellige Jahreszahl (Bild 1). Durch Drücken der Speicher-Taste stellen Sie die Jahreszahl ein. Mit dem Drücken der Start/Stop Taste bestätigen Sie das gewählte Jahr und wechseln zur Einstellung des Datums.



Bild 1

Stellen Sie mit der Speicher-Taste den Monat ein und bestätigen Sie diesen mit der Start/Stop-Taste. Verfahren Sie entsprechend bei der Einstellung des Tages, der Stunden und der Minuten (Bild 2, Bild 3).

Datum/Uhrzeit ändern

Zum Ändern von Datum und Uhrzeit nehmen Sie eine Batterie heraus und warten Sie, bis das Display erloschen ist. Danach können Sie Datum und Uhrzeit wieder neu einstellen.



Bild 2

Ausschalten der Datum/Uhrzeit-Funktion

Zum Ausschalten der Datum/Uhrzeit-Funktion drücken Sie die Start/Stop-Taste und gleich danach die Speicher-Taste.

Bei aktivierter Datum/Uhrzeit-Funktion wird die Uhrzeit auch bei abgeschaltetem Gerät im Display angezeigt.



Bild 3

7. Anlegen der Manschette

- Oberarm freimachen.
- Schieben Sie die Manschette über den Oberarm, bis die Unterkante der Manschette 2-3 cm oberhalb der Armbeuge liegt (Bild 1, Bild 2).
- Bei Anwendung am linken Arm läuft der Luftschlauch in der Mitte der Armbeuge zum Gerät, damit ist die 4 cm lange Arterienmarkierung automatisch mittig über der Pulsstelle platziert (Bild 3).
- Bei Anwendung am rechten Arm muss die Manschette so weit nach links verdreht werden, bis die Arterienmarkierung auf der Pulsstelle liegt. Der Luftschlauch verläuft dann an der Innenseite des Oberarms (Bild 4).
- Die Manschette soll so fest anliegen, dass noch 2 Finger zwischen Arm und Manschette passen. Tipp:
 - winkeln Sie den Arm leicht an
 - der Oberarmmuskel wird leicht angespannt
 - dadurch nimmt der Umfang des Armes leicht zu
- Ziehen Sie jetzt das freie Manschettenende straff und schließen den Klettverschluss (Bild 5).
- Prüfen Sie, ob der Messpfeil auf der Manschette innerhalb der „Markierung für Armumfang“ am Manschettenrand liegt.




Bild 1




Bild 2



Bild 3



Bild 4




Bild 5

- Legen Sie den Arm mit der Manschette locker ausgestreckt auf einen Esstisch und halten Sie ihn während der Messung unbedingt ruhig, sprechen Sie nicht. Die Handinnenfläche weist nach oben.
- Verbinden Sie den Stecker der Manschette mit dem Manschettenanschluss an der linken Seite des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass der Stecker ganz in das Gerät eingesteckt ist.


8. Blutdruck messen

- Das Gerät durch Drücken auf die Start/Stop-Taste einschalten. Folgendes Display wird sichtbar:
- Nachdem das Gerät seinen Abgleich gegen den Umgebungsluftdruck vorgenommen hat, beginnt der automatisch gesteuerte Aufpumpvorgang.
- Die Manschette wird auf den notwendigen Druck aufgepumpt. Ein „▲“ blinkt in der Anzeige.
- Danach beginnt durch Entlüften der eigentliche Messvorgang. Das „♥“ Symbol in der Anzeige blinkt, zusätzlich ertönt ein Piepton für die Pulsfrequenz.
- Das Ende der Messung wird durch einen langen Piepton signalisiert, die Manschette wird automatisch entlüftet.



Bedienung des Gerätes

- Die ermittelten Werte von Systole, Diastole und Puls sowie der Pulsdruck (PP = Puls Pressure) werden abwechselnd im Display angezeigt.
- Nach ca. 3 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.



9. WHO Ampelfunktion

Das Gerät stuft die gemessenen Blutdruckwerte nach den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein. Anhand der Farbfelder neben dem Display können Sie die Einstufung bei jeder Messung ablesen:

- Unterer Punkt (grün) bedeutet Normalwert
- Mittlerer Punkt (gelb) bedeutet Grenzwert*
- Oberer Punkt (rot) bedeutet Hochdruck*

WHO 2003	Systolischer Druck = Oberer Wert mmHg**	Diastolischer Druck = Unterer Wert mmHg**
Rot	ab 140*	ab 90*
Gelb	120 bis 139	80 bis 89
Grün	unter 120	unter 80

* Es genügt, wenn bereits einer der Werte erhöht ist.

** Millimeter Hydrargyrum/Quecksilber

Die Einstufung nach WHO wird mit den Messwerten abgespeichert und ist zusammen mit diesen wieder aus dem Speicher abrufbar.

DE-14

Bedienung des Gerätes

10. Pulsdruck

Der Pulsdruck – nicht zu verwechseln mit dem Pulsschlag – gibt Auskunft über die Dehnbarkeit der Blutgefäße. Ein steifes Gefäßsystem kann sich negativ auf das Herz-Kreislaufsystem auswirken. Studien belegen, dass das kardiovaskuläre Risiko ansteigt, wenn der Pulsdruckwert dauerhaft größer als 65 mmHg liegt.

Das Herz arbeitet in zwei Phasen, der Kontraktionsphase (Auswurfphase, Systole) und der Erschlaffungsphase (Füllungs- oder Ruhephase, Diastole). Der Druckunterschied zwischen Systole und Diastole wird als Pulsdruck oder Pulsamplitude bezeichnet. Je höher der Pulsdruck ist, desto starrer sind die Gefäße.

hoher Pulsdruck	über 65 mmHg
erhöhter Pulsdruck	55 bis 65 mmHg
normaler Pulsdruck	unter 55 mmHg

Sollte Ihr Pulsdruck dauerhaft über 55 mmHg liegen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

11. Unregelmäßige Pulswellen

Sollte nach einer Messung das Zeichen für unregelmäßige Pulswellen „♥“ blinken, hat das Gerät während der Messung ungleichmäßige Pulse registriert. Dies kann durch Herzrhythmusstörungen, Bewegungsstörungen, Sprechen oder auch durch Tiefenatmung ausgelöst werden. Das Symbol wird mit der jeweiligen Messung abgespeichert.



Häufigeres Erscheinen des Symbols kann durch Herzrhythmusstörungen hervorgerufen werden und muss mit dem behandelnden Arzt abgeklärt werden! Deshalb sollten Messergebnisse mit blinkender Pulsanzeige kritisch angesehen und unter günstigeren Bedingungen wiederholt werden.

DE-15

12. Verwendung des Speichers

Gemessene Ergebnisse werden automatisch im Speicher abgelegt. Der Speicher kann bis zu 60 Ergebnisse und den Durchschnittswert speichern. Wenn mehr als 60 Messwerte gespeichert sind, wird der älteste Messwert (No. 60) gelöscht, um den neuesten Wert (No. 1) aufzuzeichnen.

Um Daten abzurufen, drücken Sie die Speicher-Taste. Der Durchschnittswert der gespeicherten Ergebnisse wird mit „A“ angezeigt, die Werte Systole, Diastole und Puls sowie der Pulsdruck (PP) werden abwechselnd im Display sichtbar.

Durch erneutes Drücken der Speicher-Taste erscheinen die zuletzt gemessenen Werte (No. 1). Bei aktivierter Datum/Uhrzeit-Funktion, werden Systole, Diastole und Puls abwechselnd mit Speichernummer und Datum angezeigt, danach der Pulsdruck (PP) mit der Uhrzeit.

Durch wiederholtes Drücken der Speicher-Taste werden die weiteren Messwerte aufgerufen.

Die gespeicherten Daten sind etwa 30 Sekunden auf dem Display sichtbar. Danach schaltet sich das Gerät aus.



Um einzelne Messwerte zu löschen, rufen Sie mit der Speicher-Taste durch mehrmaliges Drücken den gewünschten Messwert auf. Drücken Sie die Speicher-Taste erneut und halten Sie sie gedrückt, bis die Anzeige zuerst blinkt und danach komplett erlischt.

Um den gesamten Speicher zu löschen, rufen Sie die jeweilige Durchschnittswertanzeige (A) auf, drücken Sie die Speicher-Taste erneut und halten Sie sie gedrückt, bis der Mittelwert zuerst blinkt und danach komplett erlischt.

Wenn kein Wert gespeichert ist, gibt es keine Anzeige.

1. Der systolische und diastolische Blutdruckwert

Herz- und Blutkreislauf haben die wichtige Aufgabe, alle Organe und Gewebe des Körpers ausreichend mit Blut zu versorgen und Stoffwechselprodukte abzutransportieren. Das Herz zieht sich dazu in regelmäßigem Rhythmus etwa 60-80 mal pro Minute zusammen und dehnt sich wieder aus. Der Druck des strömenden Blutes, der beim Zusammenziehen (Kontraktion) des Herzens auf die Arterienwände entsteht, wird als Systole bezeichnet. Der Druck in der darauf folgenden Erschlaffungsphase, wenn sich das Herz wieder mit Blut füllt, wird als Diastole bezeichnet. Bei Ihrer täglichen Messung ermitteln Sie beide Werte.

2. Warum Sie unterschiedliche Werte messen

Unser Blutdruck reagiert wie ein empfindliches Messinstrument auf äußere und innere Einflüsse. Schon geringfügige Änderungen können auf ihn einwirken. Das macht verständlich, dass häufig beim Arzt oder Apotheker gemessene Werte höher sind als jene, die Sie zu Hause in gewohnter Umgebung erhalten. Aber auch Weterumschwung, Klimawechsel, körperliche und seelische Belastungen können sich auswirken.

3. Warum regelmäßig Blutdruck messen?

Auch die Tageszeit hat einen Einfluss auf die Höhe des Blutdruckes. Tagsüber sind die Werte meist höher als während der Ruhephasen in der Nacht. Einmalige und unregelmäßige Messungen sagen daher kaum etwas über den tatsächlichen Blutdruck aus. Eine zuverlässige Beurteilung ist nur möglich, wenn regelmäßig Einzelmessungen durchgeführt werden. Besprechen Sie die Messwerte mit Ihrem Arzt.

1. Fehler- und Errormeldungen

Aufgetretener Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Anzeige Err - 300	Manschetten-Überdruck. Durch Bewegungen des Arms bzw. des Körpers wurde die Manschette bis zum Maximum aufgepumpt. Evtl. ist der Schlauch geknickt oder der Luftstecker verstopft.	- Wiederholen Sie die Messung - Bewegen Sie den Arm nicht - Sprechen Sie nicht - Schlauchleitung mit Luftstecker auf Durchgängigkeit überprüfen
Anzeige Err - 1	Messfehler. Messung konnte wegen Bewegungen des Arms bzw. des Körpers nicht durchgeführt werden.	- Wiederholen Sie die Messung - Bewegen Sie den Arm nicht - Sprechen Sie nicht
Anzeige Err - 2	Aufpumpfehler, Druck wird zu schnell oder zu langsam aufgebaut.	Sitz des Luftsteckers überprüfen, Messung wiederholen.
	Störung wurde erkannt.	- Wiederholen Sie die Messung - Bewegen Sie den Arm nicht - Sprechen Sie nicht
Anzeige Err - 3	Ablassrate zu hoch oder zu niedrig.	Bei mehrmaligem Auftreten Service-Telefon anrufen.
	Herzrhythmusstörungen, Bewegungsstörungen, Zittern, Wackeln (Artefakte), Tiefenatmung etc.	Messung nach 3-5 Minuten Ruhe wiederholen. Eventuelle Einflüsse (je nach Schwere der Arrhythmien) auf die Messergebnisse müssen mit dem Arzt besprochen werden!
Ungewöhnliche Messwerte	Bewegen bzw. Sprechen während der Messung, Ruhezeit nicht eingehalten. Füße evtl. überkreuzt, Rauchen oder Kaffeegenuss.	Bedingungen prüfen und Messung wiederholen. Anwendungshinweise S. DE-9 beachten.

Aufgetretener Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Anzeige 0 0	Start/Stop-Taste wurde versehentlich während des Batteriewechsels gedrückt.	Gerät mit der Start/Stop-Taste aus- und wieder einschalten.
Messung wurde unterbrochen und Manschette erst entlüftet und wieder aufgepumpt	Starke Unruhen von Puls oder durch Bewegung erkannt, Gerät verwirft Messung und startet neu.	Gegebenenfalls Messung abbrechen, nach 5 Minuten Ruhepause neu messen.
	Bewegung während der Messung	Gegebenenfalls Messung abbrechen, nach 5 Minuten Ruhepause neu messen.
Nach Einschalten erscheint keine Anzeige	Batterien falsch eingelegt?	Position Batterien überprüfen.
	Batterien leer?	Batterien austauschen
	Batteriefach verschmutzt?	Batteriefach reinigen.
Messung wird abgebrochen	Batterien leer?	Batterien austauschen.
Messwerte sind extrem hoch bzw. niedrig	Wurde die richtige Mess-Position eingehalten?	Wiederholen Sie die Messung und achten Sie auf die korrekte Körperhaltung. Bewegen Sie den Arm nicht und sprechen Sie nicht.
	Wurde die nötige Ruhe vor der Messung eingehalten?	Wiederholen Sie die Messung nach ca. 3 -5 min Pause. - Bewegen Sie den Arm nicht - Sprechen Sie nicht

2. Kundendienst

Eine Reparatur des Gerätes darf nur durch den Hersteller oder eine ausdrücklich dazu ermächtigte Stelle erfolgen.

Bitte wenden Sie sich an:

UEBE Medical GmbH

Zum Ottersberg 9

97877 Wertheim, Deutschland

Tel.-Nr.: +49 (0) 9342/924040

Fax-Nr.: +49 (0) 9342/924080

E-mail: info@uebe.com

Internet: www.uebe.com

3. Technische Daten

Gerätetyp:	Digitales Automatikgerät mit Elektropumpe zur Blutdruckmessung am Oberarm
Gerätemaß:	L = 140 mm x B = 130 mm x H = 60 mm
Gewicht:	290 g ohne Batterien
Anzeige:	LCD-Anzeige (Flüssigkristallanzeige) für Messwerte und Kontrollanzeigen
Speicher:	60 Messwerte (automatische Speicherung) und Mittelwert (A)
Messverfahren:	Oszillometrische Bestimmung von Systole, Diastole und Puls
Referenzverfahren der klinischen Prüfung:	Auskultatorische Messung
Aufpumpdruck:	Fuzzy logic gesteuert

Druckanzeigebereich:	0-300 mmHg
Messbereich:	Systolisch: 50-250 mmHg Diastolisch: 40-150 mmHg Pulsmessung: 40-160 Puls/min
Fehlergrenzen:	Blutdruckmessung: entspricht EN 1060 Teil 3 Druckmessung: ± 3 mmHg Pulsmessung: $\pm 5\%$
Seriennummer:	Auf dem Gerät befindet sich eine Seriennummer SN welche das Gerät eindeutig identifiziert.
Stromversorgung:	Batterietyp: 4 x 1,5 V Mignon-Zellen Alkali-Mangan (LR 6) oder Lithium (FR 6), Lebensdauer: Mehr als 800 Messungen in 2 Jahren
	Optional: stabilisiertes Netzteil Type A1, Ausgang 6 VDC, Minimum 600 mA
Manschette:	Manschette Type UPW (für Armumfang 23-43 cm) Oder optional zusätzlich Bügelmanschette Type US (für Armumfang 17-25 cm)
Betriebsbedingungen:	Umgebungstemperatur 10 bis 40 °C Rel. Luftfeuchtigkeit bis 85% nicht kondensierend Luftdruck 700 bis 1040 hPa
Lager- und Transportbedingungen:	Umgebungstemperatur -5 bis 50 °C Rel. Luftfeuchtigkeit bis 85% nicht kondensierend Luftdruck 700 bis 1040 hPa
Luftablassventil:	Elektronisch geregelt
Automatische Abschaltung:	ca. 3 Minuten nach Messende
Schutzklasse IP:	IP 20: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm, kein Schutz gegen Wasser.
Zu erwartende Betriebslebensdauer:	5 Jahre
Klassifikation:	Interne Stromversorgung durch Batterie.

4. Original-Ersatzteile und Zubehör:

Folgende Original-Ersatzteile bzw. Zubehör können Sie über den Fachhandel erhalten:

Manschette UPW (für Armumfang 23-43 cm)
Art.Nr. 2403001
PZN 0044977

Bügelmanschette US (für Armumfang 17-25 cm)
Art.Nr. 2403005
PZN 0044960

Netzteil Type A1
Art. Nr. 2401020
PZN 3558547

Technische Änderungen vorbehalten.

Hersteller:
UEBE Medical GmbH
Zum Ottersberg 9
D-97877 Wertheim

5. Messtechnische Kontrolle

(vormals Eichung)

Generell wird eine messtechnische Kontrolle im Abstand von 2 Jahren empfohlen. Fachliche Benutzer sind in Deutschland allerdings gemäß „Medizinprodukte-Betreiberverordnung“ dazu angehalten.

Diese kann entweder durch die UEBE Medical GmbH, eine für das Messwesen zuständige Behörde oder durch autorisierte Wartungsdienste erfolgen. Bitte beachten Sie dazu Ihre nationalen Vorgaben.

Zuständige Behörden oder autorisierte Wartungsdienste erhalten auf Anforderung eine „Prüfanweisung zur messtechnischen Kontrolle“ vom Hersteller.

Achtung: Ohne Erlaubnis des Herstellers dürfen an diesem Gerät keine Veränderungen, z.B. Öffnen des Gerätes (ausgenommen Batterieaustausch) vorgenommen werden.

1. Zeichenerklärung

CE
0123

Dieses Produkt hält die Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 5. September 2007 über Medizinprodukte ein, die am 21. März 2010 in Kraft getreten ist und trägt das Zeichen CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Schutzgrad gegen elektrischen Schlag: TYP BF



Gebrauchsanleitung beachten



Lager- und Transportbedingungen
Umgebungstemperatur -5 bis 50 °C



vor Feuchtigkeit schützen
Rel. Luftfeuchtigkeit bis 85%



Trocken halten



Hersteller

Netzteilangaben:

Bei Verwendung des optional erhältlichen Netzteils:



Schutzklasse II (doppelte Isolierung)



Innenliegende Sicherung



Nur im Haus verwenden



Polarität innen Plus

2. Entsorgung



Batterien und technische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen bei den entsprechenden Sammel- bzw. Entsorgungsstellen abgegeben werden.

- Das Gerät enthält empfindliche Teile und muss vor starken Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht geschützt werden.
- Das Gerät ist nicht stoß- oder schlagfest. Wir empfehlen nach größeren Stürzen oder Schlägen die Unversehrtheit und Genauigkeit der Displayanzeige überprüfen zu lassen.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht.
- Falls das Gerät bei der Benutzung verschmutzt, verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie kein Benzin, Verdünnern oder andere starke Lösungsmittel.
- Manschette nicht schrubben oder in der Maschine waschen. Falls die Manschette bei der Benutzung verschmutzt, verwenden Sie zur Reinigung ein synthetisches Reinigungsmittel und reiben Sie die Oberfläche sanft.
- Wenn das Gerät geöffnet war, muss es einer messtechnischen Kontrolle durch eine autorisierte Institution unterzogen werden.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Flüssigkeit in den Luftschlauch gelangt. Gründlich trocknen lassen.

Garantieleistungen

Das Gerät wurde mit aller Sorgfalt hergestellt und geprüft. Für den Fall, dass es trotzdem bei Auslieferung Mängel aufweisen sollte, geben wir eine Garantie zu den nachfolgenden Konditionen:

1. Während der Garantiezeit von 3 Jahren ab Kaufdatum beheben wir solche Mängel nach unserer Wahl und auf unsere Kosten in unserem Werk durch Reparatur oder Ersatzlieferung eines mangelfreien Gerätes. Die Kosten der Rücksendung des Gerätes in unser Werk trägt der Einsender. Unfrei zurück gesendete Reklamationen werden von UEBE nicht angenommen.
2. Nicht unter die Garantie fallen die normale Abnutzung von Verschleißteilen oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, unsachgemäße Handhabung (z.B. ungeeignete Stromquellen, Bruch, ausgelaufene Batterien) und/oder Demontage des Gerätes durch den Käufer entstehen. Ferner werden durch die Garantie keine Schadenersatzansprüche gegen uns begründet.
3. Garantieansprüche können nur in der Garantiezeit und durch Vorlage des Kaufbeleges geltend gemacht werden. Im Garantiefall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und Beschreibung der Reklamation zu senden an

UEBE Medical GmbH
Service-Center
Zum Ottersberg 9
97877 Wertheim
Deutschland

Die Kosten der Rücksendung des Gerätes in unser Werk trägt der Einsender. Unfrei zurück gesendete Reklamationen werden von UEBE nicht angenommen.

4. Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gegen den Verkäufer gemäß § 437 BGB werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte beachten Sie: Im Garantiefall bitte unbedingt den Kaufbeleg beilegen.

Table of contents

A	Safety instructions	
1.	Important patient instructions	31
2.	Important technical details	32
B	Operating the unit	
1.	Unit description	34
2.	Control displays	35
3.	Important instructions for use	36
4.	Initial operation of the unit	37
5.	Inserting/replacing batteries	37
6.	Activating and setting the date/time	38
7.	Attaching the cuff	39
8.	Measuring blood pressure	40
9.	WHO traffic light function	41
10.	Pulse pressure	42
11.	Irregular pulse waves	42
12.	Using the memory	43
C	What you should know about blood pressure	
1.	Systolic and diastolic blood pressure values	45
2.	Reasons for measuring different values	45
3.	Why you should measure blood pressure regularly	45
D	Technical information	
1.	Failure and error messages	46
2.	Customer service	47
3.	Technical data	47
4.	Original spare parts and accessories	50
5.	Metrological inspection	51
E	General provisions	
1.	Explanation of symbols	52
2.	Disposal	53
F	Maintaining the unit	54
G	Warranty	55

Introduction

Thank you for choosing the visomat® comfort form upper arm blood pressure monitor (also referred to in the following as the unit).

This unit is recommended to patients with unstable blood pressure for measuring their blood pressure at home and for therapy support.

visomat® comfort form uses the oscillometric method for measuring blood pressure and pulse rate on the upper arm.

The cuff is first placed as shown in the illustration on the cuff on the upper arm and then connected to the unit. When the Start/Stop button is pressed, the system starts to build up pressure automatically. Within a very short space of time the unit records the small oscillations within the cuff which occur owing to expansion and contraction of the arteries in the arm (heartbeat). The automatic build-up of pressure usually stops approx. 40 mmHg above the systolic value (fuzzy logic). Then the actual measurement process starts while the cuff is being deflated. The amplitude of each pressure wave is measured in millimetres of mercury (mmHg), converted and displayed in the LCD as a digital value.

As well as indicating systole, diastole and pulse, the unit offers a date/time function and additional displays for determining irregular pulses and pulse pressure. Irregular pulses may be an indication of an irregular heartbeat but also of restlessness during the measurement. Pulse pressure provides an indication of the stretchability of the blood vessels. A memory stores the last 60 measurement results in each case for comparison.

These instructions are intended to help the user to use the digital blood pressure monitor safely and efficiently and must be kept with the product and forwarded, if applicable.

The unit must be used in accordance with the procedures contained in these instructions and must not be used for other purposes. Please read these instructions carefully before using the unit.

Safety instructions

1. Important patient instructions

- The unit is designed for non-invasive measurement of the systolic and diastolic blood pressure on the upper arm, as well as measurement of the pulse rate of adults, i.e. 15 years of age and older. Blood pressure measurements on children require specialist knowledge! Please consult your doctor if you wish to measure the blood pressure of a child. Do not under any circumstances use the unit on a baby/infant.
- The standard cuff supplied is designed for an upper arm circumference of 23-43 cm. A smaller cuff (accessory Page EN-50) is optionally available for arm circumferences of 17-25 cm.
- The measurement results of automatically measuring blood pressure monitors may be falsified by pregnancy, irregular heartbeats, or arteriosclerosis. Measure your own blood pressure in cooperation with your doctor.
- Do not under any circumstances place the cuff on or over any critical point, e.g. wound, aneurysm, etc. Risk of injuries! The supply via an intravascular access (infusion) could possibly be interrupted.
- Make sure the air hose is not kinked. A kinked air hose can prevent the cuff from deflating and thereby interrupt the blood flow in the arm for too long.
- The unit contains small parts which could be swallowed by children. It should therefore be kept out of the reach of children at all times. The air hose poses a risk of strangulation. Please follow instructions regarding the handling of cuff to avoid such risk.
- If you have had a mastectomy, do not measure blood pressure on the side of the body where the breast has been removed together with the lymph nodes from the armpit.


- Measuring your own blood pressure does not constitute treatment. Do not modify of your own accord the dosage of drugs/medication prescribed by your doctor.
- Please refer to the chapter "Important instructions for use" (Page EN-36) before conducting any measurements yourself.

2. Important technical details

- A constantly good power supply to the unit is necessary for trouble-free blood pressure measurements.
 - Please use long-life alkaline batteries only (LR6).
 - Always replace all batteries simultaneously during battery replacement.
 - You will need 4 x 1.5 V batteries. Rechargeable batteries have a voltage of only 1.2 V and are thus not suitable.
 - When using the unit with a mains adapter, please use the type A1 mains adapter specially tested for medical devices only.
 - Make sure when operating the unit with the mains adapter that the unit can be disconnected from the mains power supply at all times.
 - If the unit is not used for an extended period of time, please remove the batteries. Essentially, all batteries can leak.
- The unit must only be operated with original spare parts. The warranty will be invalidated if the unit is damaged by non-approved accessories!
- Using the unit in the immediate vicinity of mobile phones, microwave appliances or other devices with strong electromagnetic fields may result in impaired functioning. Maintain a minimum distance of 3 m from such devices when using this unit.
- The display of the pulse frequency is not suitable for checking the frequency of cardiac pacemakers. Cardiac pacemakers and blood pressure monitors do not influence each other regarding their mode of operation.


- Never open or modify the unit or the cuff - this is a medical device. (Exception: replacing batteries). If the unit has been opened, it must be subjected to a metrological inspection by an authorised institution.
- The cuff may be inflated on the arm only.
- Please comply with the specified operating conditions for measurement. See Technical data, Page EN-47.
- The inflation and measuring procedure can be cancelled by pressing the Start/ Stop button or by removing the cuff. In this case, the unit stops the inflation procedure and deflates the cuff.

1. Unit description




- 1 Display
- 2 Memory button (memory recall button)
- 3 Connecting socket for mains adapter
- 4 Start/Stop button
- 5 Battery compartment (removable battery compartment cover)
- 6 Air socket/air connector
- 7 Air hose
- 8 Artery marking
- 9 White marking for arm circumference
- 10 Cuff
- 11 Measurement arrow for arm circumference

2. Control displays



- 1 Memory location or date/time
- 2 Deflate cuff
- 3 SYS = Systole
- 4 Pulse signal display or irregular pulse waves
- 5 DIA = Diastole
- 6 Inflate cuff
- 7 PUL 1/min = Pulse calculates pulse frequency per minute
- 8 WHO classification (Page EN-41)
- 9 Battery charge display
- 10 Memory identifier

Failure and error messages (Page EN-46) Err-300, -1, -2 ...



3. Important instructions for use

- Refrain from drinking alcoholic or caffeinated beverages and smoking at least one hour before measuring.
- Please rest at least 5 minutes before measuring. Depending on the previous degree of stress/exertion, this can even require up to one hour.
- Expose the upper arm, the clothes must not impair the blood flow in or from the arm as this influences the blood pressure at the measurement point.
- Body posture must be relaxed:
 - For this purpose, sit at a table (if possible the height of a dining table, not a coffee table!).
 - Rest your back against the backrest of the chair.
 - Rest your forearm completely flat, with the palm of your hand facing upwards.
 - Place your feet on the floor and do not cross your legs.
- It is absolutely essential to sit still and remain quiet. Irregular movements, vibrations (shaking), talking and breathing heavily will affect and may even falsify the measurement. Look out for irregular pulse signals in the display; if necessary, repeat the measurement under more favourable conditions.
- Unusual measurement results are possible with all automatically measuring blood pressure measurement systems from time to time. Check yourself: did you comply with the instructions for use above? If necessary, repeat the measurement after allowing the blood circulation in the arm to recuperate briefly; rest for about 3-5 minutes for this purpose. Tip: Remain seated, your monitor will switch off automatically about 3 minutes after a measurement. Afterwards, we recommend that you repeat the measurement.
- Blood pressure is not a fixed value. It may fluctuate upwards or downwards by more than 20 mmHg on patients within a few minutes.

- In order to rule out differences between left and right and to obtain comparable measurement results, it is important always to take blood pressure measurements on the same arm. Ask your doctor which arm he/she recommends you take your measurements on.

4. Initial operation of the unit


Insert the supplied batteries into the unit.

If the unit is to be operated from the mains power supply, the cable plug of the mains adapter (not included in the scope of delivery) must be inserted into the connection socket on the right side of the unit. The batteries are switched off automatically.

Please use only the UEBE type A1 mains adapter. See original spare parts and accessories, Page EN-50.

5. Inserting/replacing batteries:

- Opening the battery compartment
Remove the cover of the battery compartment on the underside of the unit.
- Inserting batteries
Remove the old batteries from the unit and insert the new ones. Please observe proper polarity (marking in battery compartment).
- Closing the battery compartment
Close the battery compartment by clipping the battery cover back into the unit.

When the display shows the "Flat battery"  symbol for the first time, the unit will still have enough charge for about 30 measurements. Please change the batteries during this period.



6. Activating and setting the date/time

The unit has a date/time function which you can activate where necessary. This function is deactivated when the unit is delivered.

Activating the date/time function

To activate the date/time function, press the Start/Stop button and then immediately, while the full display is visible, the Memory button. This function can be deactivated again at any time in the same way.

Setting the date/time

The four-digit number representing the year appears in the display first (Fig. 1). Press the Memory button to set the year. Press the Start/Stop button to confirm the selected year and proceed to setting the date.

Set the month with the Memory button and confirm this with the Start/Stop button. Set the day, hours and minutes in the same way (Fig. 2, Fig. 3).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Changing the date/time

To change the date/time function, take out a battery and wait until the display goes blank. Now you can reactivate the date/time function and reset the date and time again.

Deactivating the date/time function

To deactivate the date/time function, press the Start/Stop button and then immediately the Memory button.

When the date/time function is activated, the time is also shown in the display when the unit is switched off.

7. Attaching the cuff

- Expose the upper arm.
- Push the cuff onto the upper arm until the lower edge of the cuff is 2-3 cm above the crook of the arm (Fig. 1, Fig. 2).
- When using the unit on the left arm, the air hose runs to the unit through the middle of the crook of the arm so that the 4 cm long artery marking is automatically located centrally above the pulse position (Fig. 3).
- When using the unit on the right arm, the cuff must be rotated to the left until the artery marking is on the pulse position. The air hose then runs along the inside of the upper arm (Fig. 4).
- The cuff should be tightened to such an extent that 2 fingers can still be inserted between arm and cuff. Tip:
 - Bend your arm slightly.
 - The upper arm muscle is tensioned slightly.
 - This slightly increases the circumference of the arm.
- Now pull the free cuff end tight and close the Velcro fastener (Fig. 5).
- Check if the measurement arrow on the cuff is inside the "marking for arm circumference" at the edge of the cuff.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Fig. 4




Fig. 5

Operating the unit

- Lay your extended and relaxed arm with the cuff on the dining table and do not move it during the measurement; do not talk. The palm of your hand should be facing upwards.
- Connect the cuff connector to the cuff socket on the left-hand side of the unit. Make sure the connector is fully inserted into the unit.


8. Measuring blood pressure

- Switch on the unit by pressing the Start/Stop button. The following display is visible.
- The automatically controlled inflation process begins once the unit has completed its calibration against the ambient air pressure.
- The cuff is inflated to the required pressure. A "▲" flashes in the display.
- Then the actual measurement process starts while the cuff is being deflated. The "♥" symbol flashes in the display, and a beep sounds to denote the pulse frequency.
- A long beep denotes the end of measurement. The cuff is automatically deflated.



Operating the unit

- The determined values of systole, diastole and pulse and the pulse pressure (PP) are shown alternately in the display.
- The unit switches off automatically after approx. 3 minutes.



9. WHO traffic light function

The unit categorises the blood pressure readings according to the guidelines of the World Health Organisation (WHO). You can use the coloured fields to read the categorisation of each reading:

- Lower dot (Green) signifies normal value
- Middle dot (Yellow) signifies borderline value*
- Upper dot (Red) signifies high pressure*

WHO 2003	Systolic pressure = Upper value mmHg**	Diastolic pressure = Lower value mmHg**
Red	from 140*	from 90*
Yellow	120 to 139	80 to 89
Green	below 120	below 80

* It is sufficient for one of the values to be raised.

** millimetres of mercury

The categorisation according to WHO is stored with the readings and can be called up again together with the readings from the memory.

10. Pulse pressure

The pulse pressure – not to be confused with the pulse beat – provides an indication of the stretchability of the blood vessels. A hard system of vessels can have a negative effect on the cardiovascular system. Studies show that the cardiovascular risk increases if the pulse pressure value is consistently greater than 65 mmHg.

The heart works in two phases, the contraction phase (systole) and the relaxation phase (diastole). The pressure difference between systole and diastole is called the pulse pressure or pulse amplitude. The higher the pulse pressure, the harder the vessels.

High pulse pressure	above 65 mmHg
Increased pulse pressure	55 to 65 mmHg
Normal pulse pressure	below 55 mmHg

If your pulse pressure is permanently above 55 mmHg, consult your doctor.

11. Irregular pulse waves

If the " ♥ " symbol for irregular pulse waves flashes after a measurement, the unit has recorded irregular pulses during the measurement. This can be set off by an irregular heartbeat (arrhythmia), disturbances caused by movement, talking or even breathing in deeply. The symbol is stored with the respective measurement.



If the symbol appears more frequently, this may be caused by an irregular heartbeat and must be discussed with your doctor! Measurement results accompanied by flashing pulse displays should therefore be viewed as critical and repeated under more favourable conditions.

12. Using the memory

Measured results are automatically stored in the memory. The memory can store up to 60 results and the average value. When more than 60 measured values have been stored, the oldest value (No. 60) is deleted to allow the latest value (No. 1) to be recorded.

Press the Memory button to call up data. The average value of the stored results is displayed with "A", the values for systole, diastole and pulse and the pulse pressure (PP) are shown alternately in the display.

When the Memory button is pressed again, the value measured last (No. 1) appears. When the date/time function is activated, systole, diastole and pulse are displayed alternately with memory number and date, followed by the pulse pressure (PP) and the time.

Press the Memory button repeatedly to call up further measured values.

The stored data remain visible in the display for around 30 seconds. The unit then switches itself off.



B**Operating the unit**

To delete individual measured values, press the Memory button repeatedly to call up the desired measured value. Press the Memory button again and hold it until the value first flashes and then disappears.

To delete the entire memory, call up the average value, press the Memory button again and hold down until the average value has disappeared.

If no value is stored, there is no display.

What you should know about blood pressure**C****1. Systolic and diastolic blood pressure values**

The cardiovascular system has the important function of supplying all organs and tissues in the body with sufficient amounts of blood and of transporting metabolites. For this, the heart contracts and expands at a regular rate of about 60 to 80 times per minute. The pressure of the flowing blood on the artery walls caused by the heart contracting is termed systolic. The pressure in the ensuing relaxation phase, when the heart refills with blood, is termed diastolic. During daily measurement you determine both values.


2. Reasons for measuring different values

Our blood pressure responds to internal and external influences like a sensitive measuring instrument. It can be affected by even slight changes. This explains why often values measured with the doctor or pharmacist are higher than those measured at home in the environment you are used to. Changes in the weather, climate changes, or physical or psychological stress can have effects as well.

3. Why you should measure blood pressure regularly

Even the time of day has an influence on your blood pressure. During the day the values are generally higher than during the periods of rest at night. One-off and irregular measurements therefore say little about your actual blood pressure. A reliable assessment is possible only when measurements are taken regularly. Discuss the measurement values with your doctor.

1. Failure and error messages

Failure encountered	Possible cause	Corrective action
Display Err - 300	Excessive cuff pressure. Cuff inflated to maximum due to movement of the arm or body. The hose may be kinked or the air connector blocked.	- Repeat measurement - Do not move arm - Do not talk - Check that hose with air connector is clear (unobstructed)
Display Err - 1	Measurement error. Measurement could not be carried out due to movement of the arm or body.	- Repeat measurement - Do not move arm - Do not talk
Display Err - 2	Inflation error, pressure built up too quickly or too slowly.	Check sitting of air connector, repeat measurement.
	Fault was recognised.	- Repeat measurement - Do not move arm - Do not talk
Display Err - 3	Deflation rate too high or too low.	Call the Service hotline if this occurs repeatedly.
	Irregular heartbeat, disruptive movements, shaking, wobbling (objects), breathing in deeply, etc.	Repeat measurement after 3-5 minutes rest. Possible factors (depending on the severity of the arrhythmia) affecting the measurement results must be discussed with your doctor!
Unusual measured values	Movement or talking during measurement, resting time not observed, feet possibly crossed, smoking or coffee consumption.	Check conditions and repeat measurement. Observe instructions for use P. EN-36.

Failure encountered	Possible cause	Corrective action
Display 0 0	Start/Stop button accidentally pressed while battery was being changed.	Switch unit off and then on again with Start/Stop button.
Measurement was interrupted and cuff first deflated and then inflated	Strong pulse restlessness or movement detected, unit rejects measurement	If necessary, interrupt measurement, measure again after a break of 5 minutes.
	Movement during measurement	If necessary, interrupt measurement, measure again after a break of 5 minutes.
No display after unit is switched on	Batteries inserted incorrectly?	Check position of batteries.
	Batteries flat?	Change batteries.
	Battery compartment dirty?	Clean battery compartment.
Measurement interrupted	Batteries flat?	Change batteries.
Measured values extremely high or low	Was the correct measurement position maintained?	Repeat measurement, ensuring correct body posture. Do not move your arm and do not speak.
	Was the necessary rest observed prior to measurement?	Repeat measurement after a break of approx. 3-5 mins. - Do not move arm - Do not talk

2. Customer service

The unit may only be repaired by the manufacturer or by an expressly authorised organisation.

Please contact:

UEBE Medical GmbH

Zum Ottersberg 9

97877 Wertheim, Germany

Phone: +49 (0) 9342/924040

Fax: +49 (0) 9342/924080

E-mail: info@uebe.com

Internet: www.uebe.com

3. Technical data

Unit type:	Digital automatic unit with electric pump for measuring blood pressure on upper arm
Dimensions:	L = 140 mm x B = 130 mm x H = 60 mm
Weight:	290 g not including batteries
Display:	LCD display (liquid crystal display) for measured values and control displays
Memory:	60 measured values (stored automatically) and average value (A)
Measurement procedure:	Oscillometric determination of systole, diastole and pulse
Reference procedure of clinical testing:	Auscultatory measurement
Inflating pressure:	Fuzzy-logic-controlled

Pressure display range:	0-300 mmHg
Measurement range:	Systolic: 50-250 mmHg Diastolic: 40-150 mmHg Pulse: 40-160 pulses/min
Error limits:	Blood pressure measurement: corresponds to EN 1060 Part 3 Pressure measurement: ± 3 mmHg, Pulse measurement: $\pm 5\%$
Serial number:	The unit bears a serial number SN which provides clear identification.
Power supply:	Battery type: 4 x 1.5 V round cells alkali manganese (LR 6) lithium (FR 6) Durability: over 800 measurements in 2 years Optional: Stabilised type A1 mains adapter, output 6 VDC, minimum 600 mA
Cuff:	Cuff type UPW (for arm circumference 23-43 cm) Or optionally also Cuff type US (for arm circumference 17-25 cm)
Operating conditions:	Ambient temperature 10 to 40 °C, rel. air humidity up to 85% not condensing, air pressure 700 to 1040 hPa
Storage and transport conditions:	Ambient temperature -5 to 50 °C, rel. air humidity up to 85% not condensing, air pressure 700 to 1040 hPa
Deflation valve:	Electronically controlled
Automatic switch-off:	approx. 3 minutes after end of measurement
Protection class IP:	IP 20: Protected against solid foreign particles with a diameter of more than 12.5 mm, no protection against water.
Expected service life:	5 years
Classification:	Internal power supply by battery

4. Original spare parts and accessories:

The following original spare parts and accessories are available from specialist dealers:

Cuff UPW (for arm circumference 23-43 cm)
Part no. 2403001
PZN 0044977

Cuff US (for arm circumference 17-25 cm)
Part no. 2403005
PZN 0044960

Mains adapter type A1
Part no. 2401020
PZN 3558547

Subject to technical modifications.

Manufacturer:

UEBE Medical GmbH
Zum Ottersberg 9
97877 Wertheim, Germany

5. Metrological inspection

(previously calibration)

Basically, a metrological inspection is recommended at intervals of 2 years. However, professional users in Germany have to comply with the aforementioned according to the "Regulation for Operators of Medical Devices".

This can be implemented either by UEBE Medical GmbH, an authority responsible for metrology, or authorised maintenance services. For this, please observe your national provisions.

Upon request, responsible authorities or authorised maintenance services receive a "Test instruction for metrological inspection" from the manufacturer.

Important: No modifications, e.g. opening the unit (except to replace the batteries), may be made to this unit without the manufacturer's prior permission.

1. Explanation of symbols

CE
0123

This product complies with the Council Directive 93/42/EC from 5 September 2007 regarding medical devices, which became effective on 21 March 2010 and bears the mark CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).




Degree of protection against electric shock: TYPE BF



Please observe operating instructions



Storage and transportation conditions
Ambient temperature -5 to 50 °C



Protect against moisture/humidity
Rel. air humidity up to 85%



Keep dry

Manufacturer

Mains adapter specifications:

If using the optionally available mains adapter:



Equipment class II (double-insulated)



Internal fuse



For indoor use only



Internal polarity positive

2. Disposal



Batteries and technical appliances must not be disposed of with domestic waste, but should be handed in at the appropriate collection and disposal points.

Warranty

Warranty furnished

The device has been manufactured and tested with great care. However, in the unlikely event of a defect being detected after delivery, we provide warranty in accordance with the following terms and conditions:

1. During the warranty period of 3 years from the date of purchase we reserve the right either to repair any such defect at our expense or to supply a perfect replacement unit. The cost of returning the unit to our factory shall be borne by the sender. UEBE shall refuse to accept return deliveries that have not been paid for by the sender.
2. Excluded from the warranty are parts subject to normal wear and tear as well as damage caused by non-compliance with the instructions for use, improper handling (e.g. unsuitable power sources, breakages, leaking batteries) and/or disassembly of the unit by the purchaser. Furthermore, no claims for damages against us are substantiated by the warranty.
3. Warranty claims can only be advanced in the warranty period and by presenting proof of purchase. In the event of a warranty claim, the unit must be sent to the following address together with the proof of purchase and a description of the complaint:

UEBE Medical GmbH
Service-Center
Zum Ottersberg 9
97877 Wertheim
Germany

The cost of returning the unit to our factory shall be borne by the sender. UEBE shall refuse to accept return deliveries that have not been paid for by the sender.

4. In the case of defectiveness of the goods, the contractual rights of the purchaser to claim against the seller in accordance with § 437 German Civil Code are not limited by the warranty.

Please note: In the event of a warranty claim it is essential to attach the proof of purchase.

Maintaining the unit

- The unit contains sensitive parts and must be protected against strong variations in temperature, air humidity, dust and direct sunlight.
- The unit is neither impact-resistant nor shock-proof. We recommend that you have the intactness and accuracy of the display checked after heavier falls or impacts.
- The unit is not waterproof.
- If the unit becomes dirty during use, use a soft, dry cloth to clean the unit. Do not use benzene, thinners or other strong solvents.
- Do not scrub or machine-wash the cuff. If the cuff gets dirty during use, use a synthetic cleaner and softly rub the surface.
- If the unit has been opened, it must be subjected to a metrological inspection conducted by an authorised organisation.
- Make sure that liquid cannot get into the air hose. Dry thoroughly.

Sommaire

A	Consignes de sécurité	
1.	Remarques importantes pour le patient	58
2.	Remarques techniques importantes	59
B	Utilisation de l'appareil	
1.	Description de l'appareil	61
2.	Affichages des symboles	62
3.	Remarques importantes d'utilisation	63
4.	Mise en marche de l'appareil	64
5.	Insérer/changer les piles	64
6.	Activer et régler la date et l'heure	65
7.	Pose du brassard	66
8.	Mesurer la pression artérielle	67
9.	Signalisation OMS	68
10.	Tension différentielle	69
11.	Ondes pulsatoires irrégulières	69
12.	Utilisation de la mémoire	70
C	Ce qu'il faut savoir sur la pression artérielle	
1.	La valeur systolique et diastolique de la pression artérielle	72
2.	Pourquoi mesurer deux valeurs différentes ?	72
3.	Pourquoi mesurer régulièrement la pression artérielle ?	72
D	Informations techniques	
1.	Message d'erreur	73
2.	Service après vente	75
3.	Données techniques	75
4.	Pièces de rechange originales et accessoires	77
5.	Contrôle métrologique	78
E	Généralités	
1.	Explication des symboles	79
2.	Mise à rebus	80
F	Entretien de l'appareil	81
G	Garantie	82

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le tensiomètre à bras visomat® comfort form (dénommé appareil dans le présent mode d'emploi).

Cet appareil est conseillé aux patients souffrant de pression artérielle instable désireux d'autocontrôler leur tension à domicile et sert de soutien thérapeutique.

Le visomat® comfort form utilise la méthode oscillométrique pour mesurer la tension et le pouls au bras.

Conformément à l'illustration sur le brassard, placer d'abord le brassard autour du bras avant de le raccorder à l'appareil. Appuyer ensuite sur la touche Start/Stop et le système démarre automatiquement la compression. Très rapidement, l'appareil enregistre les petites oscillations dans le brassard qui proviennent de la dilatation et de la rétraction des artères dans le bras (battement cardiaque). La compression automatique cesse à env. 40 mmHg au dessus de la valeur de systole (logique floue), puis le brassard se dégonfle et la mesure commence. L'amplitude de chaque oscillation est mesurée en millimètre de mercure, puis convertie et affichée sous forme de valeur numérique sur l'écran LCD.

En plus de la mesure de la pression systolique, diastolique et du pouls l'appareil indique la date et l'heure et les valeurs de pouls irrégulières ainsi que la pression différentielle. Les pulsations irrégulières peuvent révéler des perturbations du rythme cardiaque mais peuvent aussi signifier que vous avez bougé pendant la mesure. La pression différentielle renseigne sur les propriétés viscoélastiques des artères. Une mémoire sauvegarde les 60 derniers résultats de mesure pour comparaison.

Cette notice a pour objectif d'aider l'utilisateur à utiliser le tensiomètre électronique de manière sûre et efficace. Cette notice a doit toujours être conservée avec le produit, et transmise avec celui-ci, le cas échéant.

L'appareil doit être utilisé conformément au processus décrit dans le mode d'emploi et ne doit pas être utilisé à d'autres fins. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

1. Remarques importantes pour le patient

- L'appareil est conçu pour une mesure non invasive de la pression artérielle systolique et diastolique et pour la détermination du pouls sur les adultes, c'est-à-dire les personnes à partir de 15 ans. La mesure de la pression artérielle chez l'enfant demande des connaissances spécifiques ! Consultez votre médecin si vous souhaitez mesurer la pression artérielle d'un enfant. L'appareil ne doit jamais être utilisé sur un nourrisson.
- Le brassard inclus est conçu pour une circonférence de bras de 23 à 43 cm. Pour des circonférences de bras de 17-25 cm, un brassard plus petit est disponible. (accessoires page FR-77)
- Les résultats de mesure des tensiomètres automatiques peuvent être faussés en cas de grossesse, d'arythmie ou d'artériosclérose. Avant l'automesure de votre pression artérielle, consultez votre médecin.
- Le brassard ne doit jamais être placé sur un endroit critique, par ex. une plaie, un anévrisme etc. Risque de blessure! Selon les circonstances, l'alimentation par voie intraveineuse (perfusion) pourrait être interrompue.
- Assurez-vous que le tuyau d'air n'est pas plié. Un tuyau plié peut empêcher le dégonflage du brassard et interrompre ainsi trop longtemps le flux sanguin dans le bras.
- L'appareil contient des petites pièces qui pourraient être ingérées par les enfants. Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants. Risque de strangulation avec le tuyau d'arrivée d'air. Afin d'éviter tout risque, respectez les consignes de manipulation du brassard.
- Dans le cas d'une ablation du sein et des ganglions lymphatiques, ne pas mesurer la pression artérielle au bras du côté de l'opération.

- L'automesure de la tension ne constitue aucun traitement. Aussi, ne modifiez en aucun cas le dosage des médicaments prescrits par votre médecin.
- Avant l'automesure, lisez le chapitre « remarques importantes d'utilisation » page FR-63.

2. Remarques techniques importantes


- Afin d'effectuer les mesures sans problème, l'appareil doit être constamment alimenté en énergie.
 - N'utilisez que des piles alcalines longue durée (LR6).
 - Remplacez toutes les piles en même temps.
 - 4 piles de 1,5 Volt sont nécessaires. Les piles rechargeables ne possèdent qu'une tension de 1,2 Volt et sont donc inappropriées.
 - En cas d'utilisation avec un bloc d'alimentation, utilisez uniquement le bloc d'alimentation certifié de type A1 spécialement destiné aux appareils médicaux.
 - Lorsque vous utilisez l'appareil avec l'adaptateur secteur, assurez-vous que l'appareil peut être déconnecté à tout moment de la prise secteur.
 - Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, sortez les piles pour éviter l'oxydation. En principe, toutes les piles s'oxydent.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec des pièces de rechange authentiques. Les dommages causés par l'utilisation de pièces de fabricants tiers ne sont pas couverts par la garantie !
- L'utilisation de l'appareil à proximité de téléphones portables ou d'appareils à microondes ou autres dispositifs présentant de forts champs magnétiques peut provoquer des erreurs de fonctionnement. Respecter une distance minimum de 3 m par rapport à ces appareils.
- L'affichage de la fréquence du pouls ne convient pas au contrôle de la fréquence des stimulateurs cardiaques. Les stimulateurs cardiaques et les tensiomètres n'ont aucune influence l'un sur l'autre.

Consignes de sécurité

- N'ouvrez jamais et ne modifiez jamais l'appareil ou le brassard ! Il s'agit d'un appareil médical (sauf pour le remplacement des piles). Au cas où l'appareil aurait été ouvert, un contrôle métrologique doit être effectué par un institut agréé.
- Le brassard est uniquement destiné à être gonflé sur le bras.
- Veuillez respecter les conditions d'utilisation prévues pour la mesure. Se reporter aux détails techniques page FR-75.
- L'inflation et la procédure de mesure peuvent être interrompues en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt ou en retirant le brassard. L'appareil arrête l'inflation et le brassard se dégonfle.


Utilisation de l'appareil

1. Description de l'appareil




- | | |
|---|--|
| ① Affichage des messages | ⑥ Prise d'air/fiche d'air |
| ② Touche Memory (rappel des valeurs sauvegardées) | ⑦ Tuyau air |
| ③ Prise pour câble d'alimentation | ⑧ Repérage artères |
| ④ Touche Start/Stop | ⑨ Repérage blanc pour circonférence du bras |
| ⑤ Boîtier à piles (Couvercle des piles amovible) | ⑩ Brassard |
| | ⑪ Flèche de repère pour la circonférence du bras |

2. Affichages des symboles



- | | |
|--|---|
| 1 Case mémoire ou date/heure | 6 Dégonflage du brassard |
| 2 SYS = Systole | 7 Contrôle du pouls resp. détection des pulsations irrégulières |
| 3 DIA = Diastole | 8 L'appareil pompe |
| 4 PUL 1/min = pouls - Nombre de pulsations par minutes | 9 Classement OMS (Page FR-68) |
| 5 Indication de contrôle de piles | 10 Reconnaissance de la mémoire |

Signal de dysfonctionnement et signal d'erreur (Page FR-73)
Err-300, -1, -2 ...



3. Remarques importantes d'utilisation

- Ne pas absorber d'alcool, de nicotine ou de caféine au moins une heure avant la mesure.
- Avant la mesure, attendre au moins 5 minutes au calme, afin que la tension descende à son niveau normal. Cette durée peut même varier jusqu'à une heure selon les efforts réalisés auparavant.
- Prendre la mesure sur le bras nu. Les vêtements ne doivent en aucun cas gêner la circulation sanguine dans le bras, ce qui fausserait la mesure.
- Détendez-vous :
 - Asseyez-vous à une table (pas une table basse).
 - Appuyez votre dos contre le dossier de la chaise.
 - Laissez entièrement reposer l'avant-bras sur la table, la paume de la main vers le haut.
 - Posez les pieds par terre, ne croisez pas les jambes.
- Il est impératif de ne pas bouger pendant toute la mesure. Évitez les mouvements, les chocs, de parler ou de respirer fort et tout ce qui pourrait influencer le résultat de la mesure. Durant la mesure, observez le signal indiquant un pouls irrégulier, si nécessaire, répétez la mesure en veillant à de meilleures conditions.
- Des résultats inhabituels sont parfois possibles avec tous les systèmes automatiques de mesure de la pression artérielle. Vérifiez que vous avez bien respecté les consignes d'utilisation mentionnées ci-dessus. Prendre une nouvelle mesure une fois la circulation sanguine de votre bras retournée à son état normal. Pour ce faire, reposez-vous pendant 3 - 5 minutes. conseil: restez assis ; en effet, votre tensiomètre s'arrête automatiquement 3 minutes après la mesure. Ensuite, recommencez la mesure.
- La valeur de la pression artérielle n'est pas une valeur fixe. Chez certains patients, elle peut varier de plus ou moins 20 mmHg en quelques minutes.

- Afin d'éviter d'éventuelles différences dans les résultats de mesure entre le bras droit ou le bras gauche et de garantir des résultats comparables, il est recommandé de mesurer la pression artérielle toujours sur le même bras. Demandez à votre médecin quel bras il vous conseille pour la mesure.

4. Mise en marche de l'appareil

Introduire les piles dans le compartiment.

Pour utiliser l'appareil avec le courant de secteur, brancher le bloc d'alimentation (n'est pas inclus dans la livraison) dans la prise située sur le côté droit de l'appareil. Les piles sont alors automatiquement désactivées.

N'utiliser que le bloc d'alimentation UEBE type A1. Voir au chapitre pièces de rechange authentiques et accessoires page FR-77.

5. Insérer/changer les piles :

- Ouvrir le compartiment des piles
Retirez le couvercle du compartiment des piles situé sous l'appareil.
- Insérer les piles
Sortez les piles usagées et introduisez les piles neuves. Respectez les polarités ! (Repérage dans le compartiment à piles)
- Refermer le compartiment des piles
Refermez le compartiment des piles en clipsant à nouveau le couvercle dans l'appareil.

Dès que le symbole «  » apparaît sur l'écran, env. 30 mesures sont encore possibles. Changez les piles pendant cette période.



6. Activer et paramétrer la date et l'heure

L'appareil dispose d'une fonction date/heure qui peut être activée si nécessaire. Cette fonction est désactivée à la livraison.

Activer la fonction date/heure

Pour activer la fonction date/heure appuyez sur la touche Start/Stop ; juste après, pendant que toutes les fonctions s'affichent sur l'écran, appuyez sur la touche Memory. Procédez de la même manière pour désactiver la fonction.

Paramétrage date/heure

L'écran affiche d'abord des quatre chiffres de l'année (fig. 1) Paramétrer l'année en appuyant sur la touche Memory. Valider l'année en appuyant sur la touche Start/Stop et passer au paramétrage de la date.

Appuyez sur la touche Memory pour sélectionner le mois et valider avec la touche Start/Stop. Procédez de la même manière pour paramétrer le jour, l'heure et les minutes (fig. 2, fig. 3).

Modifier la date / l'heure

Pour modifier la fonction date/heure, sortez une pile et attendez que l'écran s'éteigne. Maintenant réactivez la fonction date/heure et reprogrammez les valeurs.

Eteindre la fonction date / heure

Pour éteindre la fonction date / heure, appuyez sur la touche Start/Stop et sur la touche Memory immédiatement après.

Lorsque la fonction date/heure est activée, l'heure s'affiche à l'écran même lorsque l'appareil est éteint.




fig. 1



fig. 2



fig. 3

7. Pose du brassard

- Dégagez la partie supérieure du bras.
- Enfilez le brassard autour du bras jusqu'à ce que le bord inférieur se trouve 2 à 3 cm au-dessus du coude (fig. 1, fig. 2).
- Si le brassard est appliqué autour du bras gauche, le tuyau à air est posé dans le pli du bras en direction de l'appareil et le repérage de l'artère de 4 cm de long se trouve alors automatiquement au-dessus du pouls (fig. 3).
- Si le brassard est appliqué autour du bras droit, tournez le brassard vers la gauche jusqu'à ce que le repérage de l'artère soit sur la position du pouls. Le tuyau se retrouve alors sur le côté intérieur du bras (fig. 4).
- Serrer le brassard de manière à pouvoir encore introduire deux doigts entre le bras et le brassard. Conseil :
 - Plier légèrement le bras.
 - Le muscle du bras est légèrement tendu.
 - ce qui augmente légèrement la circonférence du bras.
- À présent, fermez le brassard grâce au rabat en serrant le scratch (fig. 5).
- Vérifiez que la flèche sur le brassard se trouve dans la zone de marquage située sur le bord du brassard.




fig. 1




fig. 2




fig. 3

fig. 4




fig. 5

- Poser le bras légèrement tendu sur une table de salle à manger. Ne bougez pas durant la mesure. Ne parlez pas. La paume de la main est tournée vers le haut.
- Brancher le tuyau du brassard dans la connexion du brassard sur le côté gauche de l'appareil. Vérifier que le tuyau est bien enfoncé dans l'appareil.


8. Mesurer la pression artérielle

- Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Start/Stop. Les symboles suivants apparaissent à l'écran.
- Après avoir effectué une mise au point en fonction de la pression atmosphérique, le gonflage commence automatiquement.
- Le brassard gonfle automatiquement jusqu'à la compression nécessaire. Le symbole «▲» clignote à l'écran.
- Puis le brassard se dégonfle et l'appareil commence la mesure. Le symbole «♥» clignote, des bips sonores retentissent au rythme du pouls.
- La fin de la mesure est annoncée par une longue tonalité, le brassard se dégonfle entièrement.



Utilisation de l'appareil

- Les valeurs de pression systolique, diastolique et du pouls ainsi que la pression différentielle (PP=puls pression) s'affichent en alternance.
- L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes.



9. Signalisation OMS

L'appareil classe les valeurs de pression mesurées selon les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les points de couleur à côté de l'écran vous aide à lire la classification après chaque mesure.

- Point vert signifie valeur normale
- Point orange signifie valeur limite*
- Point rouge signifie valeur élevée*

OMS 2003	Pression systolique = valeur supérieure mmHg**	Pression diastolique = valeur inférieure mmHg**
Rouge	à partir de 140*	à partir de 90*
Orange	de 120 à 139	de 80 à 89
Vert	en dessous de 120	en dessous de 80

* il suffit qu'une seule de ces valeurs soit élevée.

** millimètre de mercure

La classification OMS est stockée en mémoire avec les valeurs de pression mesurées; elle peut donc être rappelée au même titre.

Utilisation de l'appareil

10. Tension différentielle

La tension différentielle - à ne pas confondre avec les pulsations cardiaques - renseigne sur les propriétés viscoélastiques des artères. Un système vasculaire rigide peut avoir des effets négatifs sur tout le système cardiovasculaire. Des études ont prouvé que le risque cardiovasculaire augmente si la valeur de tension différentielle excède 65 mmHg en permanence.

Le cœur travaille en deux phases, la phase de contraction (systole) et la phase de relâchement (de remplissage ou de repos, diastole). La différence de pression entre la systole et la diastole est appelée tension différentielle ou pression pulsée. Plus sa valeur est élevée, plus le système vasculaire est rigide.

Tension différentielle élevée	au-dessus de 65 mmHg
Tension différentielle trop élevée	de 55 à 65 mmHg
Tension différentielle normale	en dessous de 55 mmHg

Si votre tension différentielle est constante au dessus de 65 mmHg, consultez votre médecin.

11. Ondes pulsatoires irrégulières

Si après une mesure le symbole « ♥ » clignote, cela signifie que l'appareil a enregistré des pulsations irrégulières pendant la mesure. Elles peuvent traduire des troubles du rythme cardiaque, ou bien vous avez bougé, parlé ou respiré profondément. Le symbole est enregistré avec la mesure à laquelle il se rapporte.



L'apparition fréquente du symbole peut être causée par des troubles du rythme cardiaques; consultez votre médecin traitant. Il faut donc vérifier les résultats lorsque ceux-ci sont accompagnés d'un symbole de pouls clignotant et renouveler la mesure dans des conditions plus favorables.

12. Utilisation de la mémoire

Le tensiomètre est doté d'une mémoire qui enregistre automatiquement jusqu'à 60 résultats de mesure ainsi que la valeur moyenne. Lorsque plus de 60 mesures sont stockées en mémoire, la valeur la plus ancienne (n° 60) est supprimée pour faire place à la valeur nouvelle (n° 1).

Pour rappeler des données stockées en mémoire, appuyez sur la touche Memory. La valeur moyenne apparaît à l'écran précédée d'un «A» les valeurs de systole, diastole et du pouls ainsi que la tension différentielle (PP) s'affichent en alternance.



En appuyant de nouveau sur la touche Memory, la dernière valeur mesurée (n° 1) s'affiche. Lorsque la fonction date/heure est activée, les valeurs de systole, diastole et de pouls s'affichent en alternance avec le numéro de mémoire et la date, apparaissent ensuite la tension différentielle et l'heure.



Pour faire apparaître les valeurs plus anciennes, activer la touche Memory plusieurs fois.

Les valeurs sont affichées pendant env. 30 secondes. Puis, l'appareil s'éteint.



Pour effacer des valeurs de mesure individuelles, appuyer plusieurs fois sur la touche Memory jusqu'à l'apparition de la valeur désirée. Activer une nouvelle fois la touche Memory et maintenir jusqu'à ce que la valeur s'efface.

Pour effacer la totalité des valeurs stockées, appeler la valeur moyenne, activer une nouvelle fois la touche Memory et maintenir appuyé jusqu'à ce que la valeur moyenne disparaisse.

Il n'y a aucun affichage si la mémoire est vide.

C Ce qu'il faut savoir sur la pression artérielle

1. La valeur systolique et diastolique de la pression artérielle

Le cœur et la circulation sanguine ont pour rôle d'irriguer tous les organes et les tissus et d'éliminer de l'organisme les produits issus du métabolisme. Le cœur se contracte et se dilate environ 60 à 80 fois par minute à un rythme régulier. La pression du sang exercée sur les parois artérielles pendant la phase de contraction du cœur est appelée « systole ». La pression générée pendant la phase de relâchement, lorsque le cœur se remplit de nouveau de sang, est appelée « diastole ». La mesure quotidienne de la pression artérielle permet de calculer les pressions systolique et diastolique.

2. Pourquoi mesurer ces deux valeurs différentes ?

La pression artérielle varie beaucoup en fonction de certains facteurs externes et internes, un peu comme un instrument de mesure sensible. Les moindres changements peuvent influencer sur la pression artérielle. Ceci explique pourquoi les mesures effectuées chez le médecin ou le pharmacien peuvent être plus élevées que celles effectuées à la maison, dans un environnement familial. Les changements météorologiques soudains, les changements climatiques, le stress physique et mental sont également des facteurs qui influencent la pression artérielle.


3. Pourquoi mesurer régulièrement la pression artérielle ?

La pression artérielle varie au cours de la journée et le moment auquel vous effectuez la mesure influe donc sur le résultat. La pression artérielle est généralement plus élevée dans la journée que la nuit, période de repos. Un résultat irrégulier et exceptionnel ne permet donc pas de tirer des conclusions définitives sur la pression artérielle. Pour évaluer la pression artérielle de façon fiable, il est donc essentiel de procéder à des mesures régulières. Parlez de vos résultats à votre médecin.

Informations techniques

D

1. Message d'erreur

Affichage des erreurs	Cause possible	Résolution
Message Err-300	Brassard surgonflé. Vous avez bougé et le brassard s'est gonflé au maximum. Éventuellement, le tuyau est plié ou la fiche d'air est bouchée.	- Répétez la mesure. - Ne bougez pas. - Ne parlez pas. - Vérifiez le tuyau et la fiche.
Message Err - 1	Erreur de mesure. Vous avez bougé et l'appareil n'a pas pu effectuer la mesure.	Répétez la mesure. Ne bougez pas. Ne parlez pas.
Message Err - 2	Erreur de gonflage. La pression augmente trop vite ou trop lentement.	Vérifier que le tuyau est bien enfoncé dans l'appareil, répétez la mesure.
	Constatation d'erreur.	Répétez la mesure. Ne bougez pas. Ne parlez pas.
Message Err - 3	Taux de dégonflage trop haut ou trop bas.	Appelez le service en cas de répétition de l'erreur.
	Troubles du rythme cardiaque dus à un mouvement, tremblements, oscillations (intentionnelles), respiration profonde, etc.	Répétez la mesure après un repos de 3-5 minutes. Parlez à votre médecin des influences éventuelles (selon le degré d'arythmie) sur les résultats de mesure !
Valeurs inhabituelles	Vous avez parlé ou bougé pendant la mesure. Vous n'avez pas respecté un temps de repos avant la mesure. Vous avez éventuellement croisé les jambes, consommé du tabac ou du café.	Vérifiez les conditions de la mesure et renouvelez la mesure. Voir les conseils d'utilisation page FR-63.

Affichage des erreurs	Causes possibles	Résolution
Message 0 0	La touche Start/Stop a été appuyée par inadvertance pendant le changement des piles.	Éteindre l'appareil, puis remettre en marche avec la touche Start/ Stop.
Mesure interrompue, brassard dégonflé puis regonflé.	L'appareil constate une instabilité du pouls car vous avez bougé, l'appareil interrompt la mesure et redémarre.	Interrompez la mesure et répétez après 5 minutes de repos.
	Vous avez bougé pendant la mesure.	Interrompez la mesure et répétez après 5 minutes de repos.
Aucun affichage n'apparaît après la mise en marche.	Les piles ne sont pas positionnées correctement ?	Vérifiez le positionnement des piles.
	Les piles sont déchargées ?	Remplacez les piles.
	Le compartiment à piles est encrassé ?	Nettoyer le compartiment à piles.
La mesure est interrompue	Les piles sont déchargées ?	Remplacez les piles.
Les valeurs affichées sont très hautes ou très basses	La mesure a-t-elle été effectuée dans la bonne position ?	Répétez la mesure en veillant à une position correcte du bras et du corps. Maintenez le bras immobile et ne parlez pas.
	Avez-vous respecté un temps de repos avant de procéder à la mesure ?	Répétez la mesure après un temps de repos de 3-5 minutes. - Ne bougez pas. - Ne parlez pas.

2. Service Après-vente

La réparation de l'appareil doit uniquement être effectuée par le fabricant ou par un service technique agréé. Veuillez vous adresser à :

UEBE Medical GmbH
 Zum Ottersberg 9
 97877 Wertheim, Allemagne
 N° tél. : +49 (0) 9342/924040
 N° Fax : +49 (0) 9342/924080
 E-mail : info@uebe.com
 Site Internet : www.uebe.com

3. Caractéristiques techniques

Type d'appareil :	Appareil numérique automatique avec pompe électrique pour mesurer la pression artérielle au bras
Dimensions de l'appareil :	L = 140 mm x B = 130 mm x H = 60 mm
Poids :	290 g sans les piles
Affichage :	Affichage numérique LCD des valeurs et des symboles de contrôle (cristaux liquides)
Mémoire :	60 valeurs (stockage automatique) et valeur moyenne (A)
Méthode de mesure :	Méthode oscillométrique de la systole, la diastole et du pouls
Méthode de référence clinique :	Mesure auscultatoire
Pression de gonflage :	Fonctionnement par logique floue

Gamme d'affichage :	0-300 mmHg
Plage de mesure :	Systolique: 50-250 mmHg Diastolique: 40-150 mmHg Pouls: 40-160 Pulsations/min
Précision :	Mesure de la tension : correspond à la norme EN 1060 Partie 3 Mesure de la pression : ± 3 mmHg, Mesure du pouls : $\pm 5\%$
Numéro de série :	Sur l'appareil se trouve un numéro de série SN . Ce numéro permet d'identifier l'appareil.
Alimentation électrique :	Type de piles : 4 x 1,5 V Mignon LR 6, type AA Alcali-manganèse ou lithium (FR 6). Durée de vie : plus de 800 mesures en 2 ans
	En option : bloc d'alimentation, type A1, sortie 6 VDC, minimum 600 mA
Brassard :	Brassard type UPW (circonférence de bras 23-43) ou en option et supplément brassard type US (pour circonférence de bras 17-25 cm)
Conditions de fonctionnement :	Température ambiante 10 à 40 °C. Humidité relative de l'air jusqu'à 85%, non condensant. Pression de l'air de 700 à 1040 hPa.
Conditions de transport et de stockage :	Température ambiante -5 à 50 °C. Humidité relative de l'air jusqu'à 85%, non condensant. Pression de l'air de 700 à 1040 hPa.
Valve de purge:	Contrôle électronique
Coupure automatique:	env. 3 minutes après la fin de la mesure
Classe de protection IP :	IP 20 : Protection contre les particules solides d'un diamètre de 12,5 mm, pas de protection contre l'eau.
Durée de vie prévue de l'appareil :	5 ans
Classification :	Alimentation électrique interne par pile

4. Pièces de rechange authentiques et accessoires :

Vous pouvez vous procurer les pièces de rechange et les accessoires authentiques dans les magasins spécialisés :

Brassard UPW (circonférence de bras 23-43 cm)
Réf. 2403001
PZN 0044977

Brassard US (pour circonférence 17-25 cm)
Art.Nr. 2403005
PZN 0044960

Bloc d'alimentation A1
Réf. 2401020
PZN 3558547

Toutes modifications techniques réservées.

Fabricant :
UEBE Medical GmbH
Zum Ottersberg 9
97877 Wertheim, Allemagne

5. Contrôles métrologique

(anciennement étalonnage)

En règle générale, il est recommandé d'effectuer un contrôle des organes de mesure tous les 2 ans. En Allemagne, les utilisateurs professionnels sont tenus à ces contrôles conformément au décret d'exploitation des dispositifs médicaux.

Les contrôles peuvent être effectués soit directement par UEBE Medical GmbH, soit par une autorité compétente ou par un service technique agréé. Tenir compte de la réglementation nationale en vigueur.

Les autorités compétentes ou les services techniques agréés recevront sur demande les spécifications pour le contrôle technique.

Avvertissement : Toute modification de l'appareil par exemple ouverture de l'appareil (excepté pour le remplacement des piles) est interdite sans l'autorisation du fabricant.

1. Explication des symboles

CE
0123

Ce produit satisfait à la directive 93/42/CE du conseil du 5 septembre 2007 sur les dispositifs médicaux, qui prend effet le 21 Mars 2010 et porte la mention CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Degré de protection contre les chocs électriques : TYPE BF



Respectez les instructions du mode d'emploi



Conditions de conservation et de transport : température ambiante de -5 à 50 °C



Protégez de l'humidité. Humidité atmosphérique admissible jusqu'à 85%

Conservez dans un endroit sec



Fabricant

Spécification du bloc d'alimentation :

En cas d'utilisation du bloc d'alimentation disponible en option :



Classe de protection II (double isolation)



Fusible interne



A n'utiliser qu'en intérieur



Polarité interne positive

2. Mise à rebut



Les piles et les appareils techniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans des déchetteries ou des lieux de collecte spécialement prévus à cet effet.

- L'appareil contient des éléments sensibles et doit être protégé contre les variations importantes de température, l'humidité, la poussière et une exposition solaire directe.
- L'appareil n'est pas résistant aux chocs ni aux impacts. Si l'appareil a subi des chocs importants, nous recommandons de faire vérifier le fonctionnement et la précision de l'affichage.
- L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Pour nettoyer l'appareil sale, utilisez un chiffon doux et sec. N'utiliser ni benzine, ni solvant ou autre détergent agressif.
- Ne pas lessiver le brassard ni le laver en machine. Si vous devez nettoyer un brassard sale, utilisez un agent détergent synthétique et frotter la surface avec précaution.
- Lorsque l'appareil a été ouvert, il doit subir un contrôle métrologique de mesure par un service technique agréé.
- Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans le tuyau d'air . Laisser bien sécher.

Garantie du fabricant

L'appareil a été fabriqué et contrôlé avec le plus grand soin. Cependant, pour le cas d'une constatation de vice à la livraison, nous accordons une garantie aux conditions suivantes:

1. Durant la période de garantie de 3 ans à compter de la date d'achat, nous nous réservons le droit d'éliminer les vices à notre convenance et à nos frais dans notre usine en effectuant soit une réparation soit le remplacement de l'appareil par une unité en parfait état de marche. Les frais de renvoi à l'usine sont à la charge de l'expéditeur. Les retours de livraison pour réclamation non affranchis ne seront pas acceptés par UEBE.
2. La garantie ne couvre pas l'usure des pièces d'usure ni les dommages causés par un non respect du mode d'emploi, par un maniement non conforme. (par exemple alimentation électrique non appropriée, cassure, piles non étanches) et/ou par un démontage de l'appareil effectué par l'acheteur. Par ailleurs, la garantie ne justifie aucune réclamation de dommages et intérêts.
3. Les réclamations sous garantie ne sont valables que pendant la période de garantie et sur présentation du bon d'achat. En cas de réclamation sous garantie, retourner l'appareil accompagné du bon d'achat ainsi que d'une description du vice à l'adresse suivante :

UEBE Medical GmbH
Service-Center
Zum Ottersberg 9
97877 Wertheim
Allemagne

Les frais de renvoi à l'usine sont à la charge de l'expéditeur. Les retours de livraison pour réclamation non affranchis ne seront pas acceptés par UEBE.

4. En cas de réclamation pour vice, les droits contractuels de l'acheteur contre le vendeur, conformément à l'article 437 du Code Civil allemand, ne sont pas restreints par la garantie.

Remarque : pour une réclamation sous garantie, n'oubliez pas de joindre le bon d'achat.

Indice

A	Avvertenze di sicurezza	
1.	Avvertenze importanti per il paziente	85
2.	Avvertenze tecniche importanti	86
B	Uso dell'apparecchio	
1.	Descrizione dell'apparecchio	88
2.	Indicatori di controllo	89
3.	Avvertenze importanti per l'uso	90
4.	Messa in funzione dell'apparecchio	91
5.	Inserimento/sostituzione delle batterie	91
6.	Attivazione e impostazione data/ora	92
7.	Applicazione del bracciale	93
8.	Misurazione della pressione arteriosa	94
9.	Funzione semaforo OMS	95
10.	Pressione del polso	96
11.	Frequenza del polso irregolare	96
12.	Uso della memoria	97
C	Cosa è necessario sapere sulla pressione arteriosa	
1.	Valori della pressione arteriosa sistolica e diastolica	99
2.	Perché misurare diversi valori	99
3.	Perché misurare regolarmente la pressione arteriosa	99
D	Informazioni tecniche	
1.	Messaggi d'errore	100
2.	Assistenza Clienti	102
3.	Dati tecnici	102
4.	Ricambi originali e accessori	104
5.	Controllo metrologico	105
E	Disposizioni generali	
1.	Dichiarazione di conformità	106
2.	Smaltimento	107
F	Manutenzione dell'apparecchio	108
G	Garanzia	109

Introduzione

Grazie per avere scelto lo sfigmomanometro da braccio visomat® comfort form (di seguito denominato anche l'apparecchio).

Questo apparecchio è consigliato a pazienti con pressione sanguigna instabile, per l'automonitoraggio e come supporto alla terapia.

visomat® comfort form misura sul braccio la pressione sanguigna e i battiti del polso utilizzando il metodo oscillometrico.

Applicare dapprima il bracciale sulla parte superiore del braccio come illustrato sul bracciale, e poi collegarlo all'apparecchio. Premendo il tasto Start/Stop, l'apparecchio inizia a generare automaticamente pressione. In poco tempo l'apparecchio registra le piccole oscillazioni all'interno del bracciale causate dall'estensione e dalla contrazione delle arterie nel braccio (battito cardiaco). La compressione automatica cessa generalmente a circa 40 mmHg oltre il valore sistolico (Fuzzy logic). Successivamente, con lo sgonfiaggio, inizia il processo di misurazione vero e proprio. L'ampiezza di ogni onda di pressione è misurata in millimetri di mercurio (mmHg), convertita e visualizzata come valore digitale sul display LCD.

Oltre alle indicazioni di sistole, diastole e polso l'apparecchio offre un indicatore supplementare per rilevare le pulsazioni irregolari e la pressione del polso, e ora anche l'indicazione della data e dell'ora. Tale irregolarità può essere indicativa di disturbi del ritmo cardiaco, ma può anche essere dovuta ad agitazione durante la misurazione. La pressione del polso fornisce indicazioni sull'elasticità dei vasi sanguigni. Una memoria memorizza gli ultimi 60 risultati per consentire il confronto.

Queste istruzioni si prefiggono di aiutare l'utente a utilizzare lo sfigmomanometro digitale in modo sicuro ed efficiente e devono essere conservate ed eventualmente cedute insieme al prodotto.

L'apparecchio deve essere utilizzato seguendo le procedure descritte nelle presenti istruzioni e non deve essere utilizzato per scopi diversi. Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Avvertenze di sicurezza

1. Avvertenze importanti per il paziente

- Questo apparecchio è stato concepito per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa sistolica e diastolica sulla parte superiore del braccio e per la determinazione della frequenza del polso negli adulti, vale a dire nei soggetti dai 15 anni in poi. Le misurazioni della pressione arteriosa nei bambini richiedono conoscenze particolari! Consultare il medico se si desidera misurare la pressione arteriosa di un bambino. Non utilizzare in alcun caso l'apparecchio su un neonato.
- Il bracciale standard in dotazione è adatto a una circonferenza della parte superiore del braccio di 23–43 cm. Per circonferenze del braccio di 17-25 cm è disponibile come optional un bracciale più piccolo (IT-104 Accessori).
- I risultati di misurazione degli sfigmomanometri automatici possono risultare alterati in caso di gravidanza, disturbi del ritmo cardiaco o arteriosclerosi. Eseguire un autocontrollo della pressione arteriosa dietro consulto con il medico.
- Non applicare mai il bracciale su punti critici come ad es. Ferite, aneurismi, ecc. Pericolo di lesioni! In alcune circostanze l'alimentazione per via intravascolare (infusione) potrebbe essere interrotta.
- Assicuratevi che il tubo dell'aria non sia piegato. Un tubo piegato potrebbe impedire lo sgonfiamento del bracciale, interrompendo così troppo a lungo il flusso ematico nel braccio.
- L'apparecchio contiene componenti di piccole dimensioni che potrebbero essere ingerite dai bambini. Tenere pertanto l'apparecchio al di fuori della loro portata. Il tubo dell'aria comporta un rischio di strangolamento. Al fine di evitarlo, osservate le avvertenze sull'uso del bracciale.
- Non effettuare mai la misurazione sul lato del corpo in cui è stata eseguita una mastectomia con asportazione dei linfonodi ascellari.


- L'automisurazione non è una terapia. Non modificare in alcun caso il dosaggio dei farmaci prescritto dal medico.
- Prima di eseguire le automisurazioni, leggere il capitolo "Avvertenze importanti per l'uso" a pagina IT-90.

2. Avvertenze tecniche importanti

- Per la misurazione ottimale della pressione arteriosa è necessaria una buona alimentazione elettrica costante.
 - Utilizzare esclusivamente batterie alcaline di lunga durata (LR6).
 - Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
 - Sono necessarie 4 batterie da 1,5 Volt. Le batterie ricaricabili hanno solo 1,2 Volt di tensione e non sono quindi adatte.
 - In caso di uso con alimentatore, utilizzare solo l'alimentatore specifico per prodotti medicali modello A1.
 - Quando utilizzate l'apparecchio con l'alimentatore, assicuratevi che l'apparecchio possa essere staccato in qualsiasi momento dalla rete elettrica.
 - Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, togliere le batterie. In linea di principio qualsiasi batteria può scaricarsi.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con ricambi originali. La garanzia decade in caso di danni dovuti all'uso di accessori di terzi.
- Il funzionamento dell'apparecchio può essere compromesso dalla vicinanza di telefoni cordless, forni a microonde o altre apparecchiature che generino forti campi elettromagnetici. Durante l'utilizzo, tali apparecchiature vanno tenute ad una distanza di almeno 3 m.
- L'indicazione della frequenza del polso non è adatta per il controllo della frequenza di pace-maker. I pace-maker e gli sfigmomanometri non interferiscono tra di loro.


- Non aprire o modificare mai l'apparecchio o il bracciale: questo è un prodotto medicale (fa eccezione la sostituzione delle batterie). Se l'apparecchio viene aperto, occorre sottoporlo a controllo metrologico da parte di un organismo autorizzato.
- Gonfiare il bracciale solo dopo averlo applicato sul braccio.
- Osservare le condizioni d'uso previste per la misurazione. Vedere i dati tecnici a pagina IT-102.
- Il gonfiaggio e la misurazione possono essere interrotti premendo il tasto Start/Stop oppure rimuovendo il bracciale. L'apparecchio interrompe così il gonfiaggio e sgonfia il bracciale.

1. Descrizione dell'apparecchio




- ❶ Display
- ❷ Pulsante Memory (richiamo della memoria)
- ❸ Attacco alimentatore
- ❹ Pulsante Start/Stop (avvio/stop)
- ❺ Vano portabatterie (sportello del vano batterie rimovibile)
- ❻ Presa per l'aria/connettore dell'aria
- ❼ Tubo flessibile dell'aria
- ❽ Marcatura per l'arteria
- ❾ Marcatura bianca per la circonferenza del braccio
- ❿ Bracciale
- ⓫ Indicatore di misurazione per la circonferenza del braccio

2. Indicatori di controllo



- ❶ Memoria o data/ora
- ❷ SYS = pressione sistolica
- ❸ DIA = pressione diastolica
- ❹ PUL 1/min = polso calcola le pulsazioni al minuto
- ❺ Indicazione di controllo batterie
- ❻ Il bracciale si sta sgonfiando
- ❼ Indicatore del segnale del polso o pulsazioni irregolari
- ❽ L'apparecchio sta pompando
- ❾ Classificazione OMS (pagina IT-95)
- ❿ Memoria

Messaggi d'errore (pagina IT-100) Err-300, -1, -2 ...



3. Avvertenze importanti per l'uso

- Astenersi dal consumo di alcolici, nicotina o caffeina per almeno un'ora prima della misurazione.
- Prima di misurare la pressione, restare a riposo per almeno 5 minuti. A seconda dell'intensità dello sforzo fisico precedente, può essere necessaria una pausa di riposo anche di un'ora.
- Liberare la parte superiore del braccio; il flusso ematico da e verso il braccio non deve mai essere ostacolato dall'abbigliamento, in quanto questo compromette la pressione arteriosa sul punto di misurazione.
- Assumere una posizione rilassata.
 - A questo scopo, appoggiarsi totalmente a un tavolo (non un tavolino basso da salotto!).
 - Appoggiare la schiena allo schienale della sedia.
 - Appoggiare sul tavolo tutto l'avambraccio tenendo il palmo della mano rivolto verso l'alto.
 - Appoggiare i piedi a terra, senza accavallare le gambe.
- Durante la misurazione bisogna rimanere fermi e tranquilli. Anche eventuali movimenti di disturbo, sussulti, la conversazione o un atto respiratorio profondo possono compromettere il risultato della misurazione. Fare attenzione al segnale che indica l'irregolarità delle pulsazioni ed eventualmente ripetere la misurazione in condizioni migliori.
- Tutti gli sfigmomanometri automatici possono occasionalmente fornire risultati di misurazione inusuali se non vengono osservate le avvertenze per l'uso sopra riportate. Qualora non siano state osservate, ripetere la misurazione dopo una breve pausa di ca. 3-5 minuti per ripristinare il circolo ematico nel braccio. Suggerimento: rimanendo seduti, lo sfigmomanometro si spegne automaticamente ca. 3 minuti dopo una misurazione. Consigliamo di ripetere la misurazione trascorso questo periodo.
- La pressione arteriosa non è una grandezza fissa e nei pazienti può salire o scendere di oltre 20 mmHg in pochi minuti.

- Al fine di evitare eventuali differenze fra destra e sinistra e di garantire risultati equiparabili, si consiglia di misurare la pressione arteriosa sempre sullo stesso braccio. Chiedete al vostro medico quale braccio vi consiglia di utilizzare per le misurazioni.

4. Messa in funzione dell'apparecchio


Inserire le batterie in dotazione nell'apparecchio.

Se si desidera utilizzare l'apparecchio con collegamento alla rete elettrica, inserire il connettore dell'alimentatore (non incluso nella fornitura) nella presa posta sul lato destro dell'apparecchio. Le batterie saranno scollegate automaticamente.

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore UEBE tipo A1. Vedere la sezione "Ricambi originali e accessori" a pagina IT-104.

5. Inserimento/sostituzione delle batterie:

- Aprire il vano batterie.
Togliere il coperchio del vano sul lato inferiore dell'apparecchio.
- Inserire la batteria.
Togliere le batterie vecchie dall'apparecchio e inserire quelle nuove. Prestare attenzione alla polarità delle batterie (contrassegno nel vano) durante l'inserimento.
- Chiudere il vano batterie
Chiudere il vano batterie riposizionando il coperchio sull'apparecchio.

Dal momento in cui compare per la prima volta il simbolo "batteria scarica"  sul display, l'apparecchio ha autonomia ancora per circa 30 misurazioni. Si consiglia nel frattempo di provvedere a sostituire le batterie.



6. Attivazione e impostazione data/ora

L'apparecchio dispone di una funzione data/ora, che può essere attivata all'occorrenza. Nelle condizioni in cui si trova l'apparecchio alla consegna questa funzione è disattivata.

Attivazione della funzione data/ora

Per attivare la funzione data/ora premere il pulsante Start/Stop e subito dopo, mentre compare la visualizzazione completa del display, il tasto Memory. Allo stesso modo è possibile disattivare la funzione in qualsiasi momento.

Impostazione data/ora

Sul display compare dapprima il numero dell'anno a quattro cifre (Figura 1). Premendo il tasto Memory è possibile impostare l'anno. Premendo il pulsante Start/Stop l'anno selezionato viene confermato e si passa all'impostazione della data.




Figura 1

Impostare il mese con il tasto Memory e confermarlo con il pulsante Start/Stop. Procedere allo stesso modo per l'impostazione del giorno, dell'ora e dei minuti (Figura 2, Figura 3).



Figura 2

Modifica data/ora

Per modificare la funzione data/ora, togliere una batteria e attendere fino a quando non si spegnerà il display. Sarà quindi possibile reimpostare la data e l'ora.

Disattivazione della funzione data/ora

Per disattivare la funzione data/ora premere il pulsante Start/Stop e subito dopo il tasto Memory.

Con la funzione data/ora attivata l'ora viene visualizzata sul display anche ad apparecchio spento.



Figura 3

7. Applicazione del bracciale

- Liberare la parte superiore del braccio.
- Infilare il bracciale sul braccio fino a quando il bordo inferiore del bracciale si trova a 2-3 cm al di sopra dell'incavo del braccio (Figura 1, Figura 2).
- Se la misurazione avviene sul braccio sinistro, il tubo dell'aria deve essere posizionato al centro dell'incavo del braccio, in direzione dell'apparecchio, in modo che la marcatura per l'arteria lunga 4 cm venga a trovarsi automaticamente in posizione centrale al di sopra del punto di misurazione del polso (Figura 3).
- Se lo si usa sul braccio destro, il bracciale deve essere ruotato a sinistra fino a far arrivare la marcatura per l'arteria sul punto di misurazione del polso. Il tubo dell'aria si troverà così sul lato interno della parte superiore del braccio (Figura 4).
- Stringere il bracciale in modo che sia ancora possibile infilare 2 dita tra il braccio e il bracciale. Suggerimento:
 - piegare leggermente il braccio.
 - il muscolo brachiale si tende leggermente.
 - in questo modo, la circonferenza del braccio aumenta leggermente
- Tirare quindi l'estremità libera del bracciale in modo che si tenda completamente e chiudere il velcro (Figura 5).
- Verificare che la freccia indicata sul bracciale si trovi all'interno della "marcatura per la circonferenza del braccio" che si trova sul bordo del bracciale.




Figura 1




Figura 2




Figura 3



Figura 4




Figura 5

Uso dell'apparecchio

- Stendere sul tavolo il braccio, senza tenderlo troppo, con il bracciale allacciato e tenerlo assolutamente fermo durante la misurazione; non parlare. Il palmo della mano deve essere rivolto verso l'alto.
- Inserire il connettore del bracciale nella corrispondente presa posta sul lato sinistro dell'apparecchio. Assicurarsi che il connettore sia inserito fino in fondo nella presa.


8. Misurazione della pressione arteriosa

- Accendere l'apparecchio premendo il tasto Start/Stop. Sul display compare quanto segue:
- Dopo che l'apparecchio ha eseguito la compensazione rispetto alla pressione atmosferica ambientale, inizia il processo di pompaggio automatico.
- Il bracciale viene gonfiato alla pressione necessaria. Il simbolo „▲” lampeggia sul display.
- Successivamente, con lo sgonfiaggio, inizia il processo di misurazione vero e proprio. Il simbolo „♥” lampeggia sul display ed entra in funzione un segnale acustico per la frequenza del polso.
- La fine della misurazione è indicata da un segnale acustico prolungato. Il bracciale si sgonfia automaticamente.



Uso dell'apparecchio

- I valori rilevati di sistole, diastole e polso nonché la pressione del polso (PP = Puls Pressure) vengono visualizzati alternativamente sul display.
- Dopo ca. 3 minuti l'apparecchio si spegne automaticamente.



9. Funzione semaforo OMS

L'apparecchio classifica i valori della pressione sanguigna misurati in base alle direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Sulla base dei campi colorati accanto al display è possibile leggere la classificazione per ogni misurazione:

- Il punto inferiore (verde) significa valore normale
- I punti intermedi (giallo) significano valore limite*
- I punti superiori (rosso) significano pressione alta*

OMS 2003	Pressione sistolica = valore massimo mmHg**	Pressione diastolica = valore minimo mmHg**
Rosso	da 140*	da 90*
Giallo	da 120 fino a 139	da 80 fino a 89
Verde	sotto 120	sotto 80

* sufficiente se già uno dei valori è aumentato.

** millimetri di mercurio

La classificazione secondo l'OMS viene memorizzata con i valori della misurazione e insieme a questi può essere richiamata dalla memoria.

10. Pressione del polso

La pressione del polso, da non confondere con il battito del polso, fornisce informazioni sull'elasticità dei vasi sanguigni. Un sistema vascolare rigido può influire negativamente sul sistema cardiocircolatorio. Studi dimostrano che il rischio cardiovascolare aumenta se il valore della pressione del polso è costantemente maggiore di 65 mmHg.

Il cuore funziona in due fasi, la fase di contrazione (fase di espulsione, sistole) e la fase di dilatazione (fase di riempimento o fase di riposo, diastole). La differenza di pressione tra sistole e diastole viene denominata pressione del polso o ampiezza del polso. Più elevata è la pressione del polso, più rigidi sono i vasi.

Pressione del polso elevata	superiore a 65 mmHg
Pressione del polso aumentata	da 55 a 65 mmHg
Pressione del polso normale	inferiore a 55 mmHg

Se la pressione del polso dovesse rimanere a lungo oltre 55 mmHg, si consiglia di consultare il proprio medico curante.

11. Frequenza del polso irregolare

Se, dopo una misurazione, lampeggia il simbolo "♥" del battito irregolare, significa che l'apparecchio ha registrato un polso irregolare durante la misurazione. Questa irregolarità può essere dovuta a disturbi del ritmo cardiaco oppure al fatto che il paziente si è mosso, ha parlato o ha respirato profondamente durante la misurazione. Il simbolo viene memorizzato con la relativa misurazione.



La visualizzazione frequente del simbolo può essere dovuta a disturbi del ritmo cardiaco e deve essere comunicata al proprio medico curante! Per questo, i risultati della misurazione accompagnati dal simbolo lampeggiante del battito devono essere considerati con occhio critico e ripetuti in condizioni più favorevoli.

12. Uso della memoria

I risultati delle misurazioni vengono archiviati automaticamente nella memoria. La memoria può contenere fino a 60 risultati, oltre al valore medio. Quando sono state memorizzate più di 60 misurazioni, il valore più vecchio (n. 60) viene cancellato per registrare il valore più recente (n. 1).

Per richiamare i dati, premere il tasto Memory. Il valore medio dei risultati memorizzati è indicato con una "A", i valori sistole, diastole e polso nonché la pressione del polso (PP) vengono visualizzati alternativamente sul display.

Premendo di nuovo il tasto Memory compaiono gli ultimi valori misurati (n. 1). Con la funzione data/ora attivata vengono visualizzati alternativamente sistole, diastole e polso con i rispettivi numero progressivo e data, e quindi la pressione del polso (PP) con la rispettiva ora.

Per richiamare gli altri valori misurati, premere ripetutamente il tasto Memory.

I dati memorizzati restano visibili sul display per circa 30 secondi. Successivamente l'apparecchio si spegne.



Per cancellare singoli valori, richiamare il valore desiderato premendo ripetutamente il tasto Memory. Quindi premere nuovamente il tasto Memory e tenerlo premuto fino a quando il valore scompare.

Per cancellare tutta la memoria, richiamare il valore medio, premere nuovamente il tasto Memory e tenerlo premuto fin quando il valore medio scompare.

Se non è memorizzato alcun valore non viene visualizzato nulla.

1. Valori della pressione arteriosa sistolica e diastolica

La circolazione del sangue ha l'importante funzione di apportare sangue a sufficienza a tutti gli organi e tessuti dell'organismo e di rimuovere i prodotti del metabolismo. A questo scopo, il cuore si contrae e si dilata a un ritmo regolare ca. 60-80 volte al minuto. La pressione del sangue in circolo che si genera sulle pareti arteriose durante la contrazione del cuore si chiama sistole. La pressione nella fase di rilassamento successiva, quando il cuore si riempie di nuovo di sangue, si chiama diastole. Durante la misurazione quotidiana della pressione si rilevano entrambi questi valori.


2. Perché diversi valori di misurazione

La nostra pressione arteriosa reagisce a influssi esterni e interni come un sensibile strumento di misura. Anche le minime variazioni possono influire sulla pressione. Questo fa chiaramente capire che spesso i valori misurati dal medico o in farmacia sono più elevati di quelli che si ottengono a casa nell'ambiente familiare. Tuttavia, anche i cambiamenti atmosferici e climatici e le sollecitazioni fisiche e mentali possono influire sulla pressione.

3. Perché misurare regolarmente la pressione arteriosa

Anche il momento della giornata influisce sul valore della pressione arteriosa. Durante il giorno i valori sono generalmente più elevati di quelli che si misurano di notte nelle fasi di riposo. Misurazioni uniche e irregolari dicono pertanto poco della pressione arteriosa effettiva. È possibile effettuare una valutazione affidabile solo eseguendo regolarmente singole misurazioni. Parlate dei valori di misurazione con il vostro medico.

1. Messaggi d'errore

Errore indicato	Possibile causa	Rimedio
Visualizzazione Err - 300	Sovrapressione del bracciale. Un movimento del braccio o del corpo ha causato il pompaggio massimo del bracciale. In alternativa, il tubo potrebbe essere piegato o la presa per l'aria ostruita.	- Ripetete la misurazione. - Non muovete il braccio. - Non parlate. - Verificate che l'aria riesca a passare liberamente attraverso il tubo e il connettore dell'aria.
Visualizzazione Err - 1	Errore di misurazione. Non è possibile eseguire la misurazione a causa del movimento del braccio o del corpo.	- Ripetete la misurazione. - Non muovete il braccio. - Non parlate.
Visualizzazione Err - 2	Errore di pompaggio, la pressione viene generata troppo in fretta o troppo lentamente.	Controllate la posizione del connettore dell'aria, ripetete la misurazione.
	È stata individuata un'anomalia.	- Ripetete la misurazione. - Non muovete il braccio. - Non parlate.
Visualizzazione Err - 3	La percentuale di sgonfiaggio (permeabilità) è troppo alta/bassa.	Se l'errore si ripete più volte, telefonare al servizio assistenza clienti.
	Disturbi del ritmo cardiaco, disturbi dovuti a movimento, tremore, oscillazioni (intenzionali), respiri profondi ecc.	Ripetete la misurazione dopo 3-5 minuti di riposo. Gli eventuali influssi (a seconda della gravità delle aritmie) sui risultati della misurazione devono essere discussi con il medico!
Valori anomali	Il paziente si è mosso o ha parlato durante la misurazione, non ha rispettato il periodo di riposo, ha tenuto i piedi incrociati, ha fumato o bevuto caffè.	Controllare le condizioni e ripetere la misurazione. Seguire i consigli per l'uso riportati a pagina IT-90.

Errore indicato	Possibile causa	Rimedio
Visualizzazione 0 0	Durante la sostituzione delle batterie è stato premuto involontariamente il tasto Start/Stop.	Spegnete e riaccendere l'apparecchio con il tasto Start/Stop.
La misurazione è stata interrotta e il bracciale si sgonfia e si rigonfia	In caso di forte irregolarità del polso o in caso di movimenti, l'apparecchio non considera la misurazione effettuata e ne inizia una nuova.	Eventualmente interrompete la misurazione e ripeterla dopo 5 minuti di pausa.
	Ci sono stati dei movimenti durante la misurazione	Eventualmente interrompete la misurazione e ripeterla dopo 5 minuti di pausa.
Dopo l'accensione non compare nulla sul display	Batterie inserite in modo non corretto?	Controllate la posizione delle batterie.
	Batterie scariche?	Sostituite le batterie.
	Vano portabatterie sporco?	Pulite il vano portabatterie.
La misurazione è stata interrotta	Batterie scariche?	Sostituite le batterie.
I valori misurati sono estremamente alti o bassi	È stata mantenuta la posizione corretta per la misurazione?	Ripetete la misurazione facendo attenzione alla corretta posizione del corpo. Non muovete il braccio e non parlate.
	La misurazione è stata eseguita con la calma richiesta?	Ripetete la misurazione dopo circa 3-5 minuti. - Non muovete il braccio. - Non parlate.

2. Assistenza Clienti

L'apparecchio può essere riparato esclusivamente dal produttore o da un centro autorizzato. Rivolgersi a:

UEBE Medical GmbH
 Zum Ottersberg 9
 97877 Wertheim, Germania
 Tel.: +49 (0) 9342/924040
 Fax: +49 (0) 9342/924080
 E-mail: info@uebe.com
 Internet: www.uebe.com

3. Dati tecnici

Modello:	Apparecchio digitale automatico con pompa elettrica per misurare la pressione sanguigna sulla parte superiore del braccio
Dimensioni:	Lunghezza = 140 mm x larghezza = 130 mm x altezza = 60 mm
Peso:	290 g senza batterie
Display:	Display a cristalli liquidi (LCD) per i valori misurati e le indicazioni di controllo
Memoria:	60 valori misurati (memorizzazione automatica) e valore medio (A).
Metodo di misurazione:	Determinazione oscillometrica di sistole, diastole e polso
Metodo di riferimento della prova clinica:	Misurazione auscultatoria
Pressione di gonfiaggio:	Con controllo Fuzzy logic

Intervallo di visualizzazione della pressione:	0-300 mmHg
Intervallo di misurazione:	Pressione sistolica: 50-250 mmHg Pressione diastolica: 40-150 mmHg Pulsazioni: 40-160 pulsazioni al minuto
Limiti di errore:	Misurazione della pressione arteriosa: conforme a EN 1060 Parte 3, Misurazione della pressione: ± 3 mmHg, Misurazione del polso: $\pm 5\%$
Numero di serie:	Sur l'appareil se trouve un numéro de série SN . Ce numéro permet d'identifier l'appareil.
Alimentazione:	Tipo di batterie: 4 x 1,5V stilo alcaline al manganese (LR6) o al litio (FR 6), durata: oltre 800 misurazioni in 2 anni
	Opzionale: alimentatore stabilizzato tipo A1, uscita 6 VDC, minimo 600 mA
Bracciale:	Bracciale tipo UPW (per circonferenza del braccio compresa tra 23 e 43 cm) oppure su richiesta oppure optional in più bracciale tipo US (per circonferenza del braccio compresa tra 17 e 25 cm)
Condizioni d'uso:	Temperatura ambiente tra i 10 e i 40 °C, umidità relativa dell'aria max 85% non condensante, Pressione dell'aria tra i 700 e i 1040 hPa
Condizioni di conservazione e di trasporto:	Temperatura ambiente tra i -5 e i 50 °C, umidità relativa dell'aria max 85% non condensante, Pressione dell'aria tra i 700 e i 1040 hPa
Valvola di sfianto:	A regolazione elettronica
Spegnimento automatico:	Dopo circa 3 minuti dalla fine della misurazione
Classe di protezione IP:	IP 20: protezione contro oggetti solidi con diametro superiore a 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua.
Durata in servizio attesa:	5 anni
Classificazione:	Alimentazione elettrica interna a batteria

4. Ricambi originali e accessori

I seguenti ricambi originali e/o accessori sono reperibili presso i rivenditori specializzati:

Bracciale UPW (per circonferenza del braccio compresa tra 23 e 43 cm)
Articolo n. 2403001
PZN 0044977

Bracciale US (per circonferenza del braccio compresa tra 17 e 25 cm)
Articolo n. 2403005
PZN 0044960

Alimentatore tipo A1
Codice 2401020
PZN 3558547

Con riserva di modifiche tecniche.

Produttore:

UEBE Medical GmbH
Zum Ottersberg 9
97877 Wertheim, Germania

5. Controllo metrologico

(ex taratura)

In generale si consiglia un controllo metrologico periodico ogni 2 anni. In Germania gli esercizi specializzati sono tuttavia tenuti ad eseguirla in conformità alla "disposizione tedesca per i gestori di prodotti medicali".

Questo controllo può essere eseguito da UEBE Medical GmbH, da un ente competente in materia di misurazioni o dal centro di manutenzione autorizzato. A questo proposito, si prega di attenersi alle disposizioni nazionali.

Su richiesta, le autorità competenti o i centri di manutenzione autorizzati possono ottenere dal produttore un "certificato di controllo metrologico".

Attenzione: senza l'autorizzazione del produttore non è consentito eseguire modifiche sull'apparecchio, ad esempio aprirlo (tranne la sostituzione delle batterie).

1. Dichiarazione di conformità

CE
0123

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 5 settembre 2007 sui prodotti medicali, che è entrato in vigore il 21 Marzo 2010 e reca il marchio CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Grado di protezione contro scosse elettriche: TIPO BF



Attenersi alle istruzioni per l'uso.



Condizioni di conservazione e di trasporto
Temperatura ambiente da -5 a 50 °C



Proteggere dall'umidità
Umidità atmosferica rel. fino all'85%



Conservare in luogo asciutto



Produttore

Dati dell'alimentatore:

In caso di utilizzo dell'alimentatore, disponibile separatamente:



Classe di protezione II (doppio isolamento)



Fusibile all'interno



Utilizzare solo in casa



Polarità interna negativa

2. Smaltimento



Batterie e apparecchi tecnici non sono rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a centri di raccolta e smaltimento specializzati.

F

Manutenzione dell'apparecchio

- L'apparecchio contiene parti sensibili e deve essere protetto dalle forti variazioni di temperatura, dall'umidità dell'aria, dalla polvere e dall'irradiazione solare diretta.
- L'apparecchio non è a prova d'urto. Consigliamo di far controllare l'integrità e la precisione del display dopo urti di una certa entità.
- L'apparecchio non è impermeabile.
- Qualora l'apparecchio dovesse sporcarsi durante l'utilizzo, si raccomanda di pulirlo esclusivamente con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare benzina, diluenti o altri solventi aggressivi.
- Non strofinare né lavare in lavatrice il bracciale. Qualora il bracciale dovesse sporcarsi durante l'utilizzo, si raccomanda di pulirlo con un detergente sintetico strofinandone delicatamente la superficie.
- Se l'apparecchio viene aperto, è necessario sottoporlo ad un controllo metrologico da parte di un istituto autorizzato.
- Assicurarsi che non si infiltrino liquidi nel tubo dell'aria. Lasciare asciugare completamente.

G

G

Prestazioni in garanzia

L'apparecchio è stato realizzato e controllato con la massima cura. Ciononostante, qualora si riscontrassero vizi al momento della consegna, viene concessa una garanzia alle seguenti condizioni:

1. Durante il periodo di garanzia di 3 anni dalla data d'acquisto, elimineremo i vizi a nostra discrezione e a nostre spese presso il nostro stabilimento tramite riparazione o fornitura sostitutiva di un apparecchio perfettamente funzionante. I costi della spedizione dell'apparecchio al nostro stabilimento sono a carico del mittente. I reclami che perverranno non affrancati non saranno accettati da UEBE.
2. La garanzia non copre il normale consumo delle parti soggette a usura e i danni derivanti dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso, da un impiego improprio (ad esempio fonti di energia elettrica non idonee, rottura, batterie con perdite) e/o dallo smontaggio dell'apparecchio da parte dell'acquirente. La garanzia non copre inoltre eventuali rivendicazioni di danni nei nostri confronti.
3. I diritti alla garanzia possono essere fatti valere soltanto nel periodo di validità della garanzia, presentando lo scontrino di acquisto. In caso di garanzia, inviare l'apparecchio insieme allo scontrino e alla descrizione del reclamo a:

UEBE Medical GmbH
Service-Center
Zum Ottersberg 9
97877 Wertheim
Germania

I costi della spedizione dell'apparecchio al nostro stabilimento sono a carico del mittente. I reclami che perverranno non affrancati non saranno accettati da UEBE.

4. I diritti dell'acquirente derivanti dai vizi della cosa nei confronti del venditore ai sensi del § 437 del codice civile tedesco non vengono limitati dalla garanzia.

Nota bene: in caso di garanzia, allegare sempre lo scontrino di acquisto.

visomat®

comfort form

UEBE REF 24035

visomat und UEBE sind international
geschützte Warenzeichen der

UEBE Medical GmbH

Zum Ottersberg 9

97877 Wertheim

Germany

Phone: + 49 (0) 93 42 / 92 40 40

Fax: + 49 (0) 93 42 / 92 40 80

E-Mail: info@uebe.com

Internet: www.uebe.com

Technische Änderungen vorbehalten.

Nachdruck auch auszugsweise untersagt.

© Copyright 2013 UEBE Medical GmbH



www.visomat.de • *Besser Messen.*

