

COMP *A-I-R*[™]
Kompressor-Inhalationsgerät
Modell NE-C801KD

• **Gebrauchsanweisung**

DE


KURZANLEITUNG

Lesen Sie die Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch.


⚠ **Warnung:**

Reinigen und desinfizieren Sie alle Teile, bevor Sie sie verwenden.

➔ Seite 16-18



1. Medikament einfüllen



Drehen Sie das Vernebleroberteil zum Abnehmen gegen den Uhrzeigersinn.


Geben Sie die richtige Menge des verschriebenen Medikaments ein.

Stellen Sie sicher, dass der Zerstäuberkopf richtig am Vernebleroberteil befestigt wurde.

Setzen Sie das Vernebleroberteil wieder auf und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis es hörbar einrastet.

➔ Seite 12

Maske zusammenbauen



2. Kinderzubehör und

Bauen Sie das Verneblerset in folgender Reihenfolge zusammen.

[1] Kappe

[2] Kinderzubehör


[3] Kindermaske (SEBS) und Adapter

➔ Seite 13

⚠ **Warnung:**

Lassen Sie Säuglinge und Kinder nicht mit dem Kinderzubehör spielen. Das Kinderzubehör ist kein Spielzeug, sondern ein Bestandteil des Verneblersets.

3. Netzteil anschließen




Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in die Netzteilanschlussbuchse am Hauptgerät.

Stecken Sie das Netzteil in die Netzsteckdose.

➔ Seite 11

4. Luftschlauch anbringen




Bringen Sie den Luftschlauch am Hauptgerät und am Verneblerset an.

Den Schlauch dabei fest drehen und drücken.


➔ Seite 13

5. Maske anlegen und Inhalation starten



Die Maske sicher anlegen.
Das Hauptgerät einschalten.

➔ Seite 14



Verwenden Sie den Verneblerset-Halter als Halterung für das Verneblerset

➔ Seite 15

Inhalt

Vor der Verwendung des Geräts

Einführung	4
Verwendungszweck	5
Wichtige Sicherheitsanweisungen	6
1. Übersicht über Ihr Gerät	9

Gebrauchsanweisung

2. Vorbereitung des Verneblers für die Verwendung	11
2.1 Netzteil anschließen	11
2.2 Einfüllen eines Medikaments und Zusammenbauen der Teile	12
3. Einnahme des Medikaments	14

Pflege und Instandhaltung

4. Reinigung und tägliche Desinfektion	16
4.1 Reinigung	16
4.2 Desinfektion der Teile des Verneblersets	17
5. Pflege und Lagerung	19
6. Auswechseln des Luftfilters	20
7. Fehlersuche und -behebung	21
8. Technische Daten	22
9. Optionale Teile und Zubehör	25

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den OMRON COMP AIR entschieden haben.


Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit Atemtherapeuten für die erfolgreiche Behandlung von Asthma, chronischer Bronchitis, Allergien und anderen Atemwegserkrankungen entwickelt. Der Kompressor bringt Luft in das Verneblerset. Wenn die Luft in das Verneblerset eintritt, wird das verschriebene Medikament dadurch zu einem Aerosol mikroskopischer Tröpfchen, das leicht inhaliert werden kann.

Dies ist ein Medizinprodukt. Bedienen Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen des Arztes und/oder von Atemtherapeuten.

Das NE-C801KD beinhaltet Kinderzubehör, damit Kinder sich beim Inhalieren wohler fühlen. Es verbessert die Verträglichkeit medikamentöser Behandlung.

Funktionsweise des Verneblersets

Das Medikament, das durch den Medikamentenkanal nach oben gepumpt wird, wird mit Druckluft gemischt, die von einer Kompressorpumpe erzeugt wird. Das Druckluft-Medikamentengemisch wird gegen die Prallplatte gedrückt und dadurch in Form von feinen Partikeln versprüht.



Verwendungszweck

Medizinischer Verwendungszweck	Dieses Produkt ist für das Inhalieren von Medikamenten bei Atemwegserkrankungen vorgesehen.														
Vorgesehene Benutzer	<ul style="list-style-type: none"> • Gesetzlich zertifiziertes medizinisches Fachpersonal, wie z. B. Ärzte, Pflegepersonal und Therapeuten. • Pflegepersonal bzw. der Patient selbst unter Anleitung durch qualifiziertes medizinisches Fachpersonal für Hauskrankenpflege. • Der Benutzer sollte außerdem in der Lage sein, die allgemeine Betriebsweise des NE-C801KD und den Inhalt der Gebrauchsanweisung zu verstehen. 														
Vorgesehene Patienten	Dieses Produkt darf nicht von Patienten verwendet werden, die bewusstlos sind oder deren Spontanatmung ausgesetzt hat.														
Umgebung	Dieses Produkt ist für die Verwendung in einer medizinischen Einrichtung, wie z. B. in einem Krankenhaus oder einer Arztpraxis bzw. in Privathaushalten vorgesehen.														
Haltbarkeit	<p>Die Haltbarkeit ist wie folgt, unter der Annahme, dass das Produkt für die Vernebelung von 2 ml eines Medikaments 2 Mal täglich für jeweils 6 Minuten bei Raumtemperatur (23 °C) verwendet wird. Die Haltbarkeit kann je nach Verwendungsumgebung variieren.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Kompressor (Hauptgerät)</td> <td>5 Jahre</td> </tr> <tr> <td>Verneblerset (Kappe, Inhalationsoberteil, Zerstäuberkopf, Medikamententank)</td> <td>1 Jahr</td> </tr> <tr> <td>Kinderzubehör</td> <td>1 Jahr</td> </tr> <tr> <td>Mundstück</td> <td>1 Jahr</td> </tr> <tr> <td>Luftschlauch (PVC, 100 cm)</td> <td>1 Jahr</td> </tr> <tr> <td>Luffilter</td> <td>60 Tage</td> </tr> <tr> <td>Kindermaske (SEBS) und Adapter</td> <td>1 Jahr</td> </tr> </table>	Kompressor (Hauptgerät)	5 Jahre	Verneblerset (Kappe, Inhalationsoberteil, Zerstäuberkopf, Medikamententank)	1 Jahr	Kinderzubehör	1 Jahr	Mundstück	1 Jahr	Luftschlauch (PVC, 100 cm)	1 Jahr	Luffilter	60 Tage	Kindermaske (SEBS) und Adapter	1 Jahr
Kompressor (Hauptgerät)	5 Jahre														
Verneblerset (Kappe, Inhalationsoberteil, Zerstäuberkopf, Medikamententank)	1 Jahr														
Kinderzubehör	1 Jahr														
Mundstück	1 Jahr														
Luftschlauch (PVC, 100 cm)	1 Jahr														
Luffilter	60 Tage														
Kindermaske (SEBS) und Adapter	1 Jahr														
Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung	Bitte beachten Sie die Warn- und Achtungshinweise in der Gebrauchsanweisung.														

DE

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie alle Informationen in der Gebrauchsanweisung und alle sonstigen Hinweise in der Verpackung vor der Verwendung des Geräts genau durch.

Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts müssen immer einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, besonders dann, wenn Kinder zugegen sind. Unter anderem handelt es sich dabei um folgende Hinweise:

Warnung:

Zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die zu sehr schweren Verletzungen führen kann.

(Verwendung)

- Um Typ, Dosis und Verabreichung des Medikaments richtig vorzunehmen, befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Atemtherapeuten.
- Wenn Sie während der Verwendung etwas Ungewöhnliches bemerken, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Verwenden Sie nicht nur Wasser im Vernebler, um ein Aerosol zum Inhalieren zu erzeugen.
- Reinigen und desinfizieren Sie Verneblerset, Kinderzubehör, Maske oder Mundstück, bevor sie nach dem Kauf das erste Mal verwendet werden.
- Reinigen und desinfizieren Sie Verneblerset, Kinderzubehör, Maske oder Mundstück vor dem Gebrauch, wenn das Gerät lange Zeit nicht verwendet wurde oder von mehreren Personen verwendet wird.
- Achten Sie darauf, die Teile nach der Anwendung zu reinigen, und vergewissern Sie sich, dass sie gründlich desinfiziert und getrocknet sind, und lagern Sie sie an einem sauberen Ort.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kinderzubehör außerhalb der Reichweite von unbeaufsichtigten Säuglingen und Kindern auf. Das Gerät kann kleine Teile enthalten, die verschluckt werden könnten.
- Lassen Sie Säuglinge und Kinder nicht mit dem Kinderzubehör spielen. Das Kinderzubehör ist kein Spielzeug, sondern ein Bestandteil des Verneblersets.
- Lagern Sie den Luftschlauch erst dann, wenn sich keine Feuchtigkeit bzw. kein Medikament mehr darin befindet.
- Die Reinigungslösung nicht in den Teilen des Verneblers belassen. Spülen Sie sie immer mit sauberem, heißem Leitungswasser ab, nachdem Sie sie desinfiziert haben.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der es schädlichen Gasen oder flüchtigen Substanzen ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der es entflammbar Gasen ausgesetzt ist.
- Decken Sie den Kompressor während des Betriebs nicht mit einer Decke, einem Handtuch oder Ähnlichem ab.
- Stellen Sie sicher, dass das Verneblerset und Kinderzubehör vor der Verwendung sauber ist.
- Entsorgen Sie immer nach der Verwendung das verbleibende Medikament und verwenden Sie jedes Mal frisches Medikament.
- Nicht in Schlauchsystemen für Anästhesie- oder Beatmungsgeräte verwenden.

(Stromschlagrisiko)

- Verwenden Sie den Kompressor oder das Netzteil nicht, wenn diese feucht sind, und schließen Sie sie nicht mit feuchten Händen an eine Steckdose bzw. an andere Geräte an.
- Der Kompressor und das Netzteil sind nicht wasserfest. Spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf diese Teile. Falls Flüssigkeit auf diese Teile gelangt, ziehen Sie unverzüglich das Netzkabel ab und wischen Sie die Flüssigkeit mit Gaze oder einem anderen Flüssigkeit aufnehmenden Material ab.
- Tauchen Sie den Kompressor nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen wie zum Beispiel einem Badezimmer.
- Verwenden Sie nur das Original-Netzteil von OMRON. Die Verwendung eines nicht unterstützten Netzteils kann das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel oder Stecker beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel weit genug von heißen Oberflächen entfernt ist.
- Lesen und befolgen Sie den Punkt „Wichtige Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)“ (Seite 24) im Abschnitt Technische Daten.

⚠ Achtung:

Gefahrensituation, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu leichten oder mittelschweren Verletzungen oder Geräteschäden führen kann.

(Verwendung)

- Lassen Sie höchste Aufmerksamkeit walten, wenn dieses Gerät von Kindern oder Behinderten oder in deren Nähe verwendet wird.
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Teile richtig angebracht sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Zerstäuberkopf richtig platziert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter richtig angebracht ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter sauber ist. Falls sich die Farbe des Luftfilters geändert hat oder dieser im Schnitt länger als 60 Tage verwendet wurde, dann wechseln Sie ihn gegen einen neuen aus.
- Weder Flüssigkeiten noch Medikamente über den Kompressor schütten.
- Kippen Sie das Verneblerset nicht in einen Winkel über 45° in alle Richtungen und schütteln Sie es nicht, während der Anwendung.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht, wenn der Luftschlauch geknickt ist.
- Verwenden Sie nur originale Teile für Verneblerset, Luftschlauch, Luftfilter und Luftfilterabdeckung.
- Geben Sie nicht mehr als 7 ml des Medikaments in den Medikamententank.
- Das Verneblerset nicht tragen oder unbeaufsichtigt stehen lassen, wenn der Medikamententank Medikament enthält.
- Lassen Sie höchste Aufmerksamkeit walten, wenn dieses Gerät von Säuglingen und Menschen verwendet wird, die ihre Wünsche nicht ausdrücken können.
- Das Gerät bzw. Teile des Geräts keinen starken Schlägen aussetzen (zum Beispiel nicht auf den Boden fallen lassen).
- Verdrehen oder verspannen Sie den Zerstäuberkopf nicht. Stechen Sie nicht mit einer Nadel oder einem anderen scharfen Gegenstand in die Düse des Medikamententanks.
- Stecken Sie weder Finger noch Gegenstände in den Kompressor.
- Zerlegen Sie weder den Kompressor noch das Netzkabel und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Das Gerät bzw. Teile des Geräts nicht an Orten platzieren, an denen sie extremen Temperaturen oder Änderungen der Feuchtigkeit ausgesetzt sind (wie zum Beispiel in einem Fahrzeug im Sommer) oder an denen sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- Die Luftfilterabdeckung nicht blockieren.
- Achten Sie beim Desinfizieren der Teile durch Abkochen darauf, dass nicht das gesamte Wasser verdampft.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn Sie müde oder schläfrig sind.
- Den Schlitz zwischen Kappe und Inhalationslufteinlass nicht blockieren.
- Zum Trocknen des Geräts oder der Teile weder einen Mikrowellenofen noch einen Geschirrtrockner oder einen Haartrockner verwenden.
- Nur zur Verwendung durch Menschen zugelassen.

-
- Durch kontinuierlichen Gebrauch kann die Lebensdauer des Geräts verkürzt werden.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten kontinuierlich. Schalten Sie es dann für 40 Minuten aus, bevor Sie es erneut verwenden.
 - Bei Verwendung des Geräts ist es möglich, dass sich das Hauptgerät erwärmt.
 - Berühren Sie das Hauptgerät nur, wenn dies für bestimmte Bedienungshandlungen nötig ist, zum Beispiel zum Ausschalten des Geräts während des Vernebelns.
 - Wischen Sie das Gesicht nach dem Abnehmen der Maske ab, es dürfen keine Medikamentreste auf dem Gesicht zurückbleiben.

(Stromschlagrisiko)

- Ziehen Sie nach der Verwendung und vor der Reinigung des Geräts stets das Netzteil aus der Steckdose.
- Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose mit geeigneter Spannung. Überlasten Sie die Steckdose nicht. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie nach der Verwendung und vor der Reinigung des Geräts stets das Netzteil aus dem Gerät.
- Achten Sie stets auf einen bestimmungsgemäßen Gebrauch des Netzteilkabels.
- Wickeln Sie das Netzteilkabel nicht um den Kompressor oder das Netzteil.
- Veränderungen, die nicht von OMRON HEALTHCARE genehmigt sind, führen zu einem Erlöschen der Garantie.
- Ziehen Sie nicht zu stark am Netzteilkabel.


Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:

- Überprüfen Sie das Gerät und die Teile vor jedem Gebrauch und stellen Sie sicher, dass keine Mängel vorliegen. Überprüfen Sie vor allem Folgendes:
 - Zerstäuberkopf, Düse, Kinderzubehör und Luftschlauch sind nicht beschädigt.
 - Düse ist nicht blockiert.
 - Kompressor arbeitet normal.
- Bei der Verwendung des Geräts treten Geräusche und Vibrationen auf, die von der Pumpe im Kompressor erzeugt werden. Durch den Austritt der Druckluft aus dem Verneblerset treten ebenfalls Geräusche auf. Dies ist völlig normal und deutet nicht auf eine Störung hin.
- Setzen Sie das Gerät nur zu seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch ein. Das Gerät nicht für andere Zwecke verwenden.
- Gerät nicht bei Temperaturen über +40 °C verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch fest am Kompressor und am Verneblerset angeschlossen ist und sich nicht lösen kann. Drehen Sie den Luftschlauchstecker beim Einführen in den Luftschlauchanschluss leicht, damit er sich bei der Verwendung nicht lösen kann.
- Mit dem mitgelieferten Netzteil kann das Gerät vollständig von der Stromversorgung isoliert werden. Zur vollständigen Isolierung von der Stromversorgung den Stecker aus der Steckdose abziehen.
- Lesen und befolgen Sie den Punkt „Korrekte Entsorgung dieses Produkts“ im Abschnitt Technische Daten (Seite 24) vor der Entsorgung des Geräts, von Zubehör oder optionalen Teilen.


Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Übersicht über Ihr Gerät

Verneblerset



Verneblerset



Kinderzubehör
(Lächelnder Bär)



Kinderzubehör
(Glücklicher Hase)




DE

Zubehör


Mundstück




Kindermaske (SEBS) und Adapter



Ersatzluftfilter x 5




Netzteil



Aufbewahrungsbeutel



Gebrauchsanweisung



Garantiekarte



2. Vorbereitung des Verneblers für die Verwendung

⚠ Warnung:

- Reinigen und desinfizieren Sie Verneblerset, Kinderzubehör, Maske oder Mundstück, bevor sie nach dem Kauf das erste Mal verwendet werden.
- Reinigen und desinfizieren Sie Verneblerset, Kinderzubehör, Maske oder Mundstück vor dem Gebrauch, wenn das Gerät lange Zeit nicht verwendet wurde oder von mehr als einer Person verwendet wird.


Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie im Abschnitt 4 (Seite 16-18).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter regelmäßig ausgetauscht wird. Siehe Abschnitt 6 „Auswechseln des Luftfilters“ (Seite 20).


2.1 Netzteil anschließen

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter in der AUS-Stellung (⏻) steht.




2. Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in die Netzteilanschlussbuchse am Kompressor.



3. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.


Hinweis: Achten Sie beim Abziehen des Netzteils darauf, das Netzteil zuerst aus der Steckdose und anschließend aus der Netzteilanschlussbuchse am Kompressor zu ziehen.



DE

2.2 Einfüllen eines Medikaments und Zusammenbauen der Teile

1. Entfernen Sie die Maske oder das Mundstück, das Kinderzubehör und die Kappe vom Verneblerset.



2. Entfernen Sie das Vernebleroberteil vom Medikamententank.

- 1) Drehen Sie das Vernebleroberteil gegen den Uhrzeigersinn.
- 2) Heben Sie das Vernebleroberteil aus dem Medikamententank.



3. Geben Sie die richtige Menge des verschriebenen Medikaments in den Medikamententank.


⚠ Achtung:

Die Kapazität des Medikamententanks beträgt 2 bis 7 ml.

Hinweis: Die Maßeinheiten auf dem Verneblerset dienen nur als Referenz. Die Maßeinheiten auf der Außenseite des Tanks dienen der Messung ohne aufgesetzten Zerstäuberkopf. Verwenden Sie die Maßeinheiten auf der Spritze oder Ampulle, um Medikamente genau abzumessen.




4. Stellen Sie sicher, dass der Zerstäuberkopf richtig am Vernebleroberteil befestigt wurde.




5. Bringen Sie das Vernebleroberteil wieder im Medikamententank an.

- 1) Richten Sie den überstehenden Teil am Vernebleroberteil wie abgebildet mit der Kerbe am Medikamententank aus.
- 2) Drehen Sie das Vernebleroberteil im Uhrzeigersinn und richten Sie es mit dem Medikamententank aus, bis es hörbar einrastet.




6. Bringen Sie die Kappe, das Kinderzubehör, die Maske oder das Mundstück am Verneblerset an.
- 1) Schließen Sie die Kappe am Verneblerlufteinfluss an.
 - 2) Bringen Sie das Kinderzubehör am Vernebleroberteil an.
 - 3) Bringen Sie die Maske oder das Mundstück am Vernebleroberteil an.

Hinweis: Falls die Aerosolmenge zu gering ist, muss die Kappe nicht angebracht werden.



7. Bringen Sie den Luftschlauch an.
- 1) Drehen Sie den Luftschlauchstecker leicht und drücken Sie ihn fest auf den Luftschlauchanschluss am Kompressor.
 - 2) Drehen Sie den Luftschlauchstecker leicht und drücken Sie ihn fest auf den Luftschlauchanschluss am Medikamententank.



Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch fest am Kompressor und am Verneblerset angeschlossen ist und sich nicht lösen kann. Drehen Sie den Luftschlauchstecker beim Einführen in den Luftschlauchanschluss leicht, damit er sich bei der Verwendung nicht lösen kann.
- Achten Sie darauf, das Medikament beim Anbringen des Luftschlauchs nicht zu verschütten. Achten Sie stets darauf, dass das Verneblerset aufrecht steht.



DE

3. Einnahme des Medikaments

1. Halten Sie das Verneblerset wie rechts dargestellt.

⚠ Achtung:

Kippen Sie das Verneblerset nicht in einen Winkel über 45° in alle Richtungen. Das Medikament könnte in den Mund laufen oder es könnte zu einer schlechten Verneblung führen.



2. Drücken Sie den Netzschalter in die EIN-Stellung (|). Der Kompressor startet und die Verneblung beginnt.

Hinweis: Achten Sie darauf, ob ein Aerosol erzeugt wird.

Beenden der Verneblung

Drücken Sie den Netzschalter in die AUS-Stellung (|).


⚠ Warnung:

Decken Sie den Kompressor während des Betriebs nicht mit einer Decke, einem Handtuch oder Ähnlichem ab.

⚠ Achtung:

- Die Luftfilterabdeckung nicht blockieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten kontinuierlich. Schalten Sie es dann für 40 Minuten aus, bevor Sie es erneut verwenden.
- Bei Verwendung des Geräts ist es möglich, dass sich das Hauptgerät erwärmt.
- Berühren Sie das Hauptgerät nur, wenn dies für bestimmte Bedienungshandlungen nötig ist, zum Beispiel zum Ausschalten des Geräts während des Vernebelns.

Hinweis: Lassen Sie den Kompressor nicht längere Zeit eingeschaltet. Dies könnte zu einer Überhitzung oder Fehlfunktion des Kompressors führen.




3. Inhalieren Sie das Medikament gemäß den Anweisungen Ihres Arztes und/oder Ihres Gesundheitsberaters.

Setzen Sie die Maske so auf, dass sie Ihre Nase und Ihren Mund abdeckt, und inhalieren Sie das Medikament.


Atmen Sie durch die Maske aus.

Verwendung des Mundstücks

Setzen Sie das Mundstück an Ihren Mund und inhalieren Sie das Medikament, wobei Sie normal atmen. Atmen Sie normal durch das Mundstück aus.



4. Schalten Sie das Gerät nach der Behandlung aus. Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch kein Kondensat oder Feuchtigkeit enthält, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



⚠ Warnung:


Kondensat kann im Luftschlauch auftreten. Lagern Sie den Luftschlauch nicht, wenn er Kondensat oder Feuchtigkeit enthält. Dies könnte sonst zu Infektion durch Bakterien führen.

Falls Feuchtigkeit oder Flüssigkeit im Luftschlauch verbleibt, achten Sie darauf, wie unten beschrieben vorzugehen, um die Feuchtigkeit aus dem Luftschlauch zu entfernen.

- 1) Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch noch an der Luftschlauchbuchse des Kompressors eingesteckt ist.
- 2) Ziehen Sie den Luftschlauch aus dem Verneblerset heraus.
- 3) Schalten Sie den Kompressor an und pumpen Sie Luft durch den Luftschlauch, um die Feuchtigkeit herauszublasen.

Verwenden Sie den Halter für das Verneblerset als vorübergehende Halterung für das Verneblerset.

Hinweis: Richten Sie die Markierung am Gerät wie gezeigt auf die Markierung am Verneblerset aus



4. Reinigung und tägliche Desinfektion

4.1 Reinigung


Wenn Sie die Reinigungsvorschriften nach jeder Verwendung beachten, trocknet das im Tank verbliebene Medikament nicht ein. Anderenfalls wäre die Verneblung des Geräts nicht effektiv und es könnten Infektionen auftreten.

⚠ Warnung:

Spülen Sie das Verneblerset, das Kinderzubehör, die Maske oder das Mundstück nach jeder Verwendung gründlich mit sauberem, heißem Leitungswasser ab und desinfizieren Sie diese Teile nach der letzten Behandlung des jeweiligen Tages.

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter in der AUS-Stellung (🔌) steht.
2. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und aus dem Kompressor.
3. Entfernen Sie den Luftschlauch vom Verneblerset und zerlegen Sie das Verneblerset. Siehe Abschnitt 2 (Seite 12-13).

4. Entsorgen Sie evtl. im Medikamententank verbliebenes Medikament.



5. Waschen Sie alle Teile des Verneblersets mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel und spülen Sie sie mit sauberem, heißem Leitungswasser ab.
6. Spülen Sie die Teile des Verneblers nach der Reinigung und Desinfektion gründlich mit sauberem Wasser ab und lassen Sie sie in sauberer Umgebung trocknen.


Hinweis: Beginnen Sie mit dem Betrieb erst dann, wenn die gereinigten Teile vollständig getrocknet sind.



7. Falls der Kompressor oder die Außenseite des Luftschlauchs verschmutzt sind, wischen Sie diese mit einem weichen Tuch ab, das mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

⚠ Achtung:

Der Kompressor ist nicht wasserdicht.



8. Bauen Sie das Verneblerset wieder zusammen. Lagern Sie es im Aufbewahrungsbeutel.

4.2 Desinfektion der Teile des Verneblersets

Vor dem Desinfizieren stets reinigen. (Siehe Abschnitt 4.1 „Reinigung“)

Desinfizieren Sie nach der letzten Behandlung des jeweiligen Tages stets den Medikamententank, das Mundstück und die anderen Teile des Verneblersets. Hinweise zur korrekten Desinfektion der jeweiligen Teile finden Sie auf Seite 18.

Um die Teile zu desinfizieren, verwenden Sie eine der unten beschriebenen Methoden:


A. Verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Desinfektionsmittels.

1. Tauchen Sie die Teile so lange wie angegeben in die Lösung.
2. Nehmen Sie die Teile heraus und entsorgen Sie die Lösung.
3. Spülen Sie die Teile mit sauberem, heißem Leitungswasser ab, schütteln Sie übermäßiges Wasser ab und lassen Sie sie in sauberer Umgebung an der Luft trocknen.

B. Die Teile können 15 bis 20 Minuten abgekocht werden.

Entfernen Sie nach dem Kochen vorsichtig die Teile, schütteln Sie übermäßiges Wasser ab und lassen Sie sie in sauberer Umgebung an der Luft trocknen.

Hinweis: Luftschlauch, Kinderzubehör, Luftfilter und Luftfilterabdeckung nicht abkochen.



⚠ Achtung:

Zur Desinfektion des Geräts keinem Dampfsterilisator (Autoklav), EOG-Gassterilisator oder Niedertemperatur-Plasma-Sterilisator verwenden.

Hinweis: Der Aufdruck auf den Oberflächen des Kinderzubehörs kann sich bei wiederholtem Abwaschen und Desinfizieren ablösen.


Handhabung des Zerstäuberkopfs

Der Zerstäuberkopf ist ein wichtiges Teil, das zum Zerstäuben von Medikamenten verwendet wird.

Beachten Sie bei der Handhabung des Zerstäuberkopfes unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

⚠ Achtung:

- Spülen Sie den Zerstäuberkopf vor jeder Anwendung.
- Zum Reinigen der Teile weder Bürste noch Stecknadeln verwenden.
- Bei der Desinfektion der Teile durch Abkochen stets reichlich Wasser verwenden.
- Kochen Sie den Zerstäuberkopf nicht mit anderen Gegenständen als für den Vernebler geeignet ab.
- Zum Trocknen der Teile weder Mikrowelle, Geschirrtrockner oder Haartrockner verwenden.



4. Reinigung und tägliche Desinfektion

Mithilfe der folgenden Tabelle können Sie die geeignete Desinfektionsmethode bestimmen.

O: geeignet x: nicht geeignet

Teile	Modell	Material	Kochen	Alkohol	Natrium- hypochlorit	Quaternäres Ammonium	Chlor- hexidin	Amphoterer Tensid
				Desinfizieren- des Ethanol	Milton* (0,1%)	Osvan* (0,1%)	Hibitane* (0,5%)	Tego* (0,2%)
Mundstück	C28-3P-E	PP	O	O	O	O	O	O
Verneblerset	C801S-NSET3-E	Kappe: PP Inhalationsoberteil: PP Zerstäuberkopf: PC Medikamententank: PP	O	O	O	O	O	O
Kinderzubehör	NEB-NKKD1-81E NEB-NKKD2-81E	PP, PVC (phthalatfrei)	x	x	O	O	O	O
Luftfilter	C30-4-E	Polyester	x	x	x	x	x	x
Luftfilterabdeckung	NEB-FCKD-81E	ABS	x	O	O	O	O	O
Kindermaske (SEBS)	U10-2P-E	SEBS Band: Gummi (kein Latex)	O	O	O	O	O	O
		PP						
Adapter für Kinder- maske		PP						
Luftschlauch (PVC, 100 cm)	C801S-ATBP-E	PVC (phthalatfrei)	x	x	x	x	x	x
Luftschlauch (Silikon, 100 cm)	C28-6-E	Schlauch: Silikon Anschluss: PP	O	O	O	O	O	O

* Beispiel für ein im Handel erhältliches Desinfektionsmittel.

5. Pflege und Lagerung

Um das Gerät stets im bestmöglichen Zustand zu bewahren und um es gegen Schäden zu schützen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

⚠ Achtung:

- Lassen Sie höchste Aufmerksamkeit walten, wenn dieses Gerät von Säuglingen und Menschen verwendet wird, die ihre Wünsche nicht ausdrücken können.
- Das Gerät bzw. Teile des Geräts keinen starken Schlägen aussetzen (zum Beispiel nicht auf den Boden fallen lassen).
- Das Verneblerset nicht tragen oder unbeaufsichtigt stehen lassen, wenn der Medikamententank Medikament enthält.

Hinweise:

- Lagern Sie das Gerät nicht unter besonders heißen oder kalten Temperaturen, bei hoher Feuchtigkeit oder unter direkter Einwirkung von Sonnenlicht.
- Luftschlauch nicht knittern oder knicken.
- Entsorgen Sie das Gerät und gebrauchte Zubehöerteile oder optionale Teile entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Niemals mit Benzol, Verdüner oder entzündlichen Chemikalien reinigen.



Transportieren Sie das Gerät nur im Aufbewahrungsbeutel und lagern Sie es darin, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.




Hinweis: Das Verneblerset sollte ausgewechselt werden, nachdem es ein Jahr lang verwendet wurde.

6. Auswechseln des Luftfilters


Falls sich die Farbe des Luftfilters geändert hat oder dieser im Schnitt länger als 60 Tage verwendet wurde, dann wechseln Sie ihn gegen einen neuen aus.

1. Ziehen Sie die Luftfilterabdeckung vom Kompressor.



2. Auswechseln des Luftfilters.

3. Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder an.



Hinweise:

- Verwenden Sie nur OMRON-Luftfilter, die für dieses Gerät bestimmt sind. Nicht ohne Filter verwenden.
- Die Luftfilter haben keine bestimmte Vorder- oder Rückseite.
- Überprüfen Sie, ob die Luftfilter sauber und frei von Staub sind, bevor Sie sie einsetzen.
- Versuchen Sie nicht, die Filter zu waschen oder zu reinigen. Wenn der Luftfilter feucht wird, wechseln Sie ihn aus. Feuchte Luftfilter können zur Blockade führen.
- Um zu verhindern, dass die Luftfilterabdeckung blockiert wird, reinigen Sie die Abdeckung regelmäßig. Die Luftfilterabdeckung nicht kochen. Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung, reinigen Sie sie und bringen Sie sie nach dem Trocknen wieder richtig an.
- Wenden Sie sich bitte an Ihren OMRON-Händler, wenn Sie weitere Luftfilter benötigen oder falls die mit dem Gerät mitgelieferten Teile beschädigt sind oder fehlen.

7. Fehlersuche und -behebung

Überprüfen Sie folgende Punkte, falls das Gerät während des Betriebs ausfällt. Vollständige Anleitungen finden Sie auch auf den entsprechenden Seiten in diesem Handbuch.

Problem	Ursache	Abhilfe
Es passiert nichts, wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird.	Ist das Netzteil richtig in die Steckdose und in den Kompressor eingesteckt?	Überprüfen Sie, ob der Stecker in eine Steckdose eingesteckt ist. Bei Bedarf den Stecker abziehen und dann erneut einstecken.
Keine Verneblung oder geringe Verneblungsrate, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist.	Befindet sich das Medikament im Medikamententank?	Geben Sie die richtige Menge des Medikaments in den Medikamententank.
	Befindet sich zu viel/zu wenig Medikament im Medikamententank?	
	Fehlt der Zerstäuberkopf oder ist er nicht richtig eingesetzt?	Bringen Sie den Zerstäuberkopf richtig an.
	Ist das Verneblerset richtig zusammengebaut?	Bauen Sie das Verneblerset richtig zusammen.
	Ist die Düse blockiert?	Stellen Sie sicher, dass die Düse frei von Blockaden ist.
	Ist das Verneblerset stark gekippt?	Achten Sie darauf, dass das Verneblerset um nicht mehr als 45 Grad gekippt ist.
	Ist der Luftschlauch richtig angeschlossen?	Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch richtig am Kompressor und Verneblerset angeschlossen ist.
	Ist der Luftschlauch gefaltet oder beschädigt?	Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch frei von Knicken ist.
	Ist der Luftschlauch blockiert?	Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch frei von Blockaden ist.
Ist der Luftfilter verschmutzt?	Den Luftfilter durch einen neuen ersetzen.	
Das Gerät ist übermäßig laut.	Ist die Luftfilterabdeckung richtig angebracht?	Bringen Sie die Luftfilterabdeckung richtig an.
Das Gerät ist sehr heiß.	Ist der Kompressor abgedeckt?	Decken Sie den Kompressor während des Betriebs nicht mit irgendeiner Abdeckung ab.
	Arbeitet das Gerät kontinuierlich 20 Minuten lang?	Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten kontinuierlich. Schalten Sie es dann für 40 Minuten aus, bevor Sie es erneut verwenden.

Hinweis: Falls die vorgeschlagene Lösung das Problem nicht behebt, versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Es verfügt über keinerlei vom Benutzer reparierbaren Teile. Geben Sie das Gerät an einen autorisierten OMRON-Händler oder -Vertreter zurück.

8. Technische Daten

Name:	COMP AIR
Modell:	NE-C801KD (NE-C801S-KDD)
Typ:	Kompressor-Inhalationsgerät
Bemessungsspannung (Netzteil):	100 - 240 V ~ 350 mA, 50/60 Hz
Bemessungsspannung (Kompressor-Vernebler):	12 V $\overline{\text{---}}$ 0,8 A
Betriebsbedingungen:	Unterbrochener Betrieb 20 min. EIN / 40 min. AUS
Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit:	+10 °C bis +40 °C 30% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck bei Aufbewahrung:	-20 °C bis +60 °C 10% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit 700 - 1.060 hPa
Gewicht:	ca. 270g (nur Kompressor)
Abmessungen:	Ca. 142 (B) × 72 (H) × 98 (T) mm
Inhalt:	Kompressor, Verneblerset, Kinderzubehör (Lächelnder Bär, Glücklicher Hase), Luftschlauch (PVC, 100 cm), 5 Ersatzluftfilter, Mundstück, Kindermaske (SEBS) und Adapter, Netzteil, Aufbewahrungsbeutel, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte.
Klassifizierung:	Gerät der Klasse II, Anwendungsteil Typ B



= Gerät der Klasse II



= Anwendungs-
teil Typ B



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch



= Kein Betrieb



= Ein

CE 0197


Hinweise:

- Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Die Herstellung dieses OMRON-Produkts unterliegt dem strengen Qualitätssystem von OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan.
- Wird das Gerät bei Temperaturen oder bei einer Spannung betrieben, die von den Angaben in den technischen Daten abweichen, funktioniert es möglicherweise nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der es entflammbar Gasen ausgesetzt ist.
- Dieses Gerät entspricht den Vorschriften der EG-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte und der europäischen Norm EN13544-1:2007+A1:2009, Atemtherapiegeräte - Teil 1: Verneblersysteme und deren Bauteile.

Technische Daten für den OMRON NE-C801KD Kompressor mit OMRON V.V.T. (Virtual Valve Technology) Verneblerset:

Teilchengröße:	**MMAD ca. 3 µm MMAD = Mittlerer Aerodynamischer Massendurchmesser
Medikamententankkapazität:	Max. 7 ml
Geeignete Medikamentenmenge:	Min. 2 ml - max. 7 ml
Lautstärke:	*ca. 46 dB
Verneblungsrate:	*ca. 0,3 ml/min (durch Gewichtsverlust)
Aerosolausgabe:	**0,47 ml (2 ml, 1% NaF)
Aerosolausgaberate:	**0,06 ml/min (2 ml, 1% NaF)

Ergebnis der Messungen der Teilchengröße mit einem Kaskadenimpinger**



* Gemessen von OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

**Unabhängig ermittelt durch Prof. Dr. Hiroshi Takano, Fachbereich Chemieingenieurwesen und Werkstoffkunde, Fakultät Ingenieurwissenschaften, Doshisha University, Kyoto, Japan, gemäß EN13544-1:2007+A1:2009

Hinweise:

- Die Leistung kann abhängig von den verwendeten Medikamenten, wie zum Beispiel bei Suspensionen oder Medikamenten mit hoher Viskosität, variieren. Für weitere Informationen sollten Sie das Datenblatt des Medikamentenlieferanten beachten.
- Aktuelle technische Informationen finden Sie auf der Webseite von OMRON HEALTHCARE EUROPE. URL: www.omron-healthcare.com

Wichtige Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Die wachsende Anzahl von elektronischen Geräten wie PCs und Mobiltelefonen kann dazu führen, dass medizinische Geräte beim Einsatz elektromagnetischen Störungen von anderen Geräten ausgesetzt sind. Elektromagnetische Störungen können zu einer Fehlfunktion des medizinischen Geräts führen und eine potentiell unsichere Situation erzeugen.

Ebenso sollten medizinische Geräte keine anderen Geräte stören.

Die Norm EN60601-1-2:2007 wurde eingeführt, um die Anforderungen für EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) mit dem Ziel zu regeln, unsichere Produktsituationen zu vermeiden. Diese Norm definiert die Stufen der Immunität gegenüber elektromagnetischen Störungen und die maximalen elektromagnetischen Emissionswerte für medizinische Geräte.

Dieses von OMRON HEALTHCARE hergestellte medizinische Gerät erfüllt die Norm EN60601-1-2:2007 sowohl in Bezug auf die Immunität als auch in Bezug auf Emissionen.

Trotzdem sollten besondere Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

- Verwenden Sie in der Nähe des medizinischen Geräts keine Mobiltelefone und sonstige Geräte, die starke elektrische oder elektromagnetische Felder erzeugen. Dies könnte zu einer Fehlfunktion des medizinischen Geräts führen und eine potentiell unsichere Situation erzeugen. Es wird ein Mindestabstand von 7 m empfohlen. Überprüfen Sie im Falle eines kürzeren Abstands ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Entsprechend Norm EN60601-1-2:2007 kann bei OMRON HEALTHCARE EUROPE (Adresse in der Gebrauchsanweisung) eine weitere Dokumentation angefordert werden. Eine Dokumentation steht auch unter www.omron-healthcare.com zur Verfügung.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)










Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags kontrollieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Dieses Produkt enthält keine gefährlichen Substanzen.

9. Optionale Teile und Zubehör

<p>V.V.T. Verneblerset N-01 & Mundstückset Modell: C801S-NSET3-E Bestell-Nr.: 9515573-6</p>  <p>Mundstück</p> <p>Verneblerset Nr.: N-01</p>	<p>V.V.T. Verneblerset N-01 & Set Lächelnder Bär Modell: NEB-NKKD1-81E Bestell-Nr.: 9520011-1</p> 	<p>V.V.T. Verneblerset N-01 & Set Glücklicher Hase Modell: NEB-NKKD2-81E Bestell-Nr.: 9520012-0</p> 
<p>Mundstück Modell: C28-3P-E Bestell-Nr.: 9956273-5</p> 	<p>Kindermaske (SEBS) Modell: U10-2P-E Bestell-Nr.: 9956281-6</p> 	<p>Netzteil Modell: C30-E-AC Bestell-Nr.: 9956628-5</p> 
<p>Luftschlauch (PVC, 100 cm) Modell: C801S-ATBP-E Bestell-Nr.: 9515575-2</p> 	<p>Luftschlauch (Silikon, 100 cm) Modell: C28-6-E Bestell-Nr.: 9956269-7</p> 	<p>Luftfilter (x 5) Modell: C30-4-E Bestell-Nr.: 9956636-6</p> 

DE

Notizen

Hersteller 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN
EU-Repräsentant 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp NIEDERLANDE www.omron-healthcare.com
Produktionsstätte	OMRON (DALIAN) CO., LTD. Dalian, CHINA
Niederlassung	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim DEUTSCHLAND www.omron-medizintechnik.de

Hergestellt in China